

Prüfkartendaten-Tabelle.

Diese dient dazu, Röhrenprüfungen usw. auf dem Patentröhrenprüfer der Firma Max Funke, Meßgerätebau, Weida (vorm. Bittorf & Funke) auch ohne Prüfkarte durchführen zu können. Alles, was sonst die Prüfkarte angibt, wie den zu wählenden Sockel, in welche Buchsenstecker zu stecken sind, den „Gut“-Bereich usw., dies enthält die Prüfkartendaten-Tabelle auf den einzelnen Blättern. Sind die Angaben auf der betreffenden Prüfkarte umfangreicher, so daß dieselben in der Zusammenstellung nicht unterzubringen waren, so steht dort: siehe Original. Dies bedeutet also: Nur mit der Originalprüfkarte ist eine Prüfung durchführbar.

Die Prüfkartendaten-Tabelle gilt für den **Patentröhrenprüfer**, **Modell W 18**. Stehen hinter der Kartennummer zwei Tabellenzeilen, so gilt für Modell W 18 stets die erste Zeile. Was in Schrägruck auf der zweiten Zeile steht, ist ohne Belang für Modell W. 18; es gilt für die älteren Patentröhrenprüfer, Modell W. 16, W. 17, oder für das Modell RPG 4|3.

Für die **Modelle W 16, W. 17 und RPG 4|3** gilt die Prüfkartendaten-Tabelle ebenfalls, jedoch mit einigen Einschränkungen. Steht hinter der Kartennummer nur eine Tabellenzeile, so gilt diese für die Modelle W 16, W. 17 und RPG 4|3 ebenfalls, sofern die unter „Fassung Nr.“ angegebene Fassung auch auf dem betreffenden Gerät vorhanden ist, und sofern die auf das Gerät aufgelegte Universalkarte auch ein entsprechend nummeriertes Steckerloch aufweist. Ist die Fassung oder das Loch also nicht vorhanden, so gibt es für das betreffende Gerät auch keine Prüfmöglichkeit.

Stehen hinter der Kartennummer zwei Tabellenzeilen, so gilt für W 16, W 17 und RPG 4|3 stets die zweite in Schrägruck angegebene Tabellenzeile. Die Prüfkartendaten-Tabelle ist mehrfach nachgeprüft, so daß dieselbe druckfehlerfrei sein dürfte. Beim Vergleich mit den Originalkarten der älteren Modelle W 16 und W 17 wird es auftreten, daß bei den Hexodenfassungen (Fassung Nr. 9) manchmal ein Loch mehr angegeben ist als die Originalkarte aufweist. Dies stimmt jedoch stets, auch wenn es für das betreffende Gerät infolge der Schaltung etwas Überflüssiges wäre; falsch ist der Stecker in fraglich zusätzlichem Loch jedenfalls niemals. Das Gleiche gilt für RPG 4|3 bei einigen Karten für Wehrmachtröhren.

Um nachstehende Tabelle gebrauchen zu können, legt man auf das Prüfgerät die Universalkarte auf, auf der alle um die Karte herumliegenden Fassungen mit a, b, c, d usw. bezeichnet sind und alle Steckerlöcher Nummern tragen. Dadurch läßt sich dann alles ausführen, was die Tabellenangabe verlangt.

B e i s p i e l: Es ist eine Röhre Valvo L 413 zu prüfen. Das Röhrentabellenbuch gibt an, daß diese Type mit Karte Nr. 13 zu prüfen ist. Da aus irgendwelchen Gründen die Originalkarte Nr. 13 nicht zur Verfügung steht, muß ohne Originalkarte nach den Angaben der Prüfkartendaten-Tabelle geprüft werden, so wie da unter Karte Nr. 13 steht. Die Röhre muß also in Fassung „e“ gesteckt werden (ist Europa-Fassung). Je ein Stecker ist einzustecken in die Löcher Nr. 2, 9, 35, 39, 43, 48 und 62. Die Röhre hat direkte Heizung, das Meßergebnis wird daher sofort angezeigt. (Wäre die Röhre indirekt geheizt, müßte man sonst „In Stellung 12 eine Minute warten, bis Kathode erwärmt ist“). Bei der Messung in Stellung 12 gilt, daß die Röhre „Unbrauchbar“ vom Meßinstrumententeilstrich 0—1,5 ist; dieselbe ist „Gut“ vom Teilstrich 9 an aufwärts. „Noch brauchbar“ wäre demnach die Röhre zwischen Meßinstrumententeilstrich 6,5 und 9. Unter Beachte steht „St.“; dies bedeutet, daß man die Röhre „In Stellung 13 auf Steuerwirkung prüfen“ muß.

Die sonst unter „Beadle“ vorkommenden Angaben bedeuten:

- A = Röhre besitzt keinen Heizfaden. In Stellung 1 muß daher das Signal „F“ angezeigt werden.
- B = In Stellung 1 gibt es einen Teilausschlag nach links; dies ist durch den hohen Heizfadenwiderstand bedingt und ist in Ordnung.
- C = In Stellung 1 wird Signal „F“ angezeigt; dies ist durch die Sockelschaltung bedingt und ist in Ordnung.
- D = In Stellung 2 ist 5—10 Minuten zu warten, bis Quecksilber verdampft ist. Vor dieser Zeit ist eine genaue Messung unmöglich.
- E = In Stellung 3 wird Signal „F“ angezeigt; dies ist durch die Sockelschaltung bedingt und ist in Ordnung.
- F = In Stellung 3 muß Signal „F“ angezeigt werden, sonst ist die Röhre unbrauchbar, d. h. sonst ist die Abschirmung nicht mit angeschlossen.
- G = In Stellung 3 wird Signal „F“ angezeigt; dies ist durch das Prüfverfahren bedingt und ist in Ordnung.
- H = Das evtl. Erlöschen der Glättungsrohre ist durch den hohen Strombedarf bedingt und ist in Ordnung.
- J = In Stellung 12 und 13 muß das Abstimmkreuz leuchten, sonst ist die Röhre unbrauchbar.
- K = In Stellung 13 muß das Abstimmkreuz leuchten.
- L = Lautsprecher darf nicht angeschaltet werden, da dies sonst anderes Meßresultat ergeben würde.
- M = Prüfung erfolgt nur in Stellung 12. Ob in Stellung 1—11 das Signal „F“ angezeigt wird oder nicht, ist daher ohne Belang.
- N = Vierstift-Zwischensockel einstecken.
- O = In den Stellungen 4—11, siehe wie nachstehend unter „P“.
- P = In den Stellungen 3—11 kann bei erwärmten Elektroden der Zeiger verschieden weit nach rechts schlagen. Dies hat nichts mit Elektrodenschlußprüfung zu tun und ist in Ordnung. Nur wenn in diesen Stellungen „F“ angezeigt wird, ist Elektrodenschluß vorhanden.
- St. = In Stellung 13 auf Steuerwirkung prüfen.
- Zw. = Röhre hat 2 Systeme. Das 2. System ist in Stellung 13 zu messen.

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen- Elek- trode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
1	e/f	2 9 18 — —	—	29 86 88 43 —	48 63 —	dir.	9	12,6	— St.	1
2	e/f	2 9 — — —	—	36 88 43 — —	48 64 —	dir.	8,1	4,4	— St.	2
3	e	2 9 — — —	—	35 89 43 — —	49 64 —	dir.	7,5	10,5	— St.	3
4	e	2 9 — — —	A1	28 85 89 43 —	48 65 —	dir.	6	8,4	— St.	4
5	e	2 9 — — —	—	35 89 43 — —	49 65 —	dir.	11	16	— St.	5
6	e	2 9 — — —	—	35 89 43 — —	47 64 —	dir.	4	5,5	— St.	6
7	e	2 9 — — —	—	35 89 43 — —	47 64 —	dir.	7,8	10,8	— St.	7
8	e	2 9 — — —	G2	28 85 89 43 —	46 64 —	dir.	4	5,6	— St.	8
9	e	2 9 — — —	—	35 89 43 — —	47 64 —	dir.	7	9,8	— St.	9
10	e	3 9 — — —	A1	28 85 89 43 —	48 64 —	dir.	4,5	6	— St.	10
11	e	3 9 — — —	A1	29 85 89 43 —	48 64 —	dir.	5,9	8,3	— St.	11
12	e	2 9 — — —	—	35 89 43 — —	48 62 —	dir.	8	11	— St.	12
13	e	2 9 — — —	—	35 89 43 — —	48 62 —	dir.	6,5	9	— St.	13
14	e	2 9 — — —	—	35 89 43 — —	47 64 —	dir.	5	7	— St.	14
15	24	2 6 15 — —	—	35 89 — — —	48 68 —	dir.	5	7	E ZW.	15
16	e	2 6 15 — —	—	35 89 — — —	48 63 —	dir.	5	7	E ZW.	16
17	24	2 6 15 — —	—	36 87 43. — —	47 62 —	dir.	6	8,5	— St.	17
18	e	2 6 15 — —	—	35 89 — — —	48 63 —	dir.	7,5	10,5	E ZW.	17
19	e	2 9 — — —	—	35 89 — — —	48 63 —	dir.	7,5	10,5	E ZW.	18
20	e	2 9 18 — —	G2	28 85 89 43 —	48 63 —	dir.	10,5	15	— St.	19
21	e	2 9 18 — —	G2	29 85 89 43 —	48 62 —	dir.	6,3	8,8	— St.	20
22	e	2 9 18 — —	—	29 85 89 43 —	48 62 —	dir.	7,5	10,5	— St.	21
23	e	2 9 — — —	—	36 87 43 — —	48 64 —	dir.	8,3	4,5	— St.	22
24	e	2 9 — — —	—	36 87 43 — —	47 64 —	dir.	8,8	12,8	— St.	23
			—	36 87 43 — —	48 62 —	dir.	6	8,8	— St.	24

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe			Außen- Elek- trode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.						
25	e	2	9	-	-	-	85	89	43	-	47	62	-	dir.	5,5	8	- St.	25		
26	e	2	9	18	-	-	28	84	89	43	-	49	62	-	dir.	7	9,5	- St.	26	
27	e	2	9	18	-	-	-	29	85	89	43	-	49	68	-	dir.	9,5	18	- St.	27
28	e	3	9	-	-	-	A1	29	86	87	43	-	48	64	-	dir.	6	8,3	- St.	28
29	e	2	9	-	-	-	G2	29	86	87	43	-	48	68	-	dir.	9,5	18,3	- St.	29
30	e	3	9	-	-	-	A1	29	85	89	43	-	48	64	-	dir.	7,9	10,4	- St.	30
31	e	2	9	18	-	-	G2	29	84	87	43	-	48	63	-	dir.	9	12,6	- St.	31
32	e	2	8	15	-	-	G1	85	89	43	-	-	48	65	-	ind.	11	15,4	- St.	32
33	e	2	9	15	-	-	-	85	89	43	-	-	48	68	-	ind.	8	11	- St.	33
34	e	2	9	15	-	-	-	85	89	43	-	-	48	63	-	ind.	5	7	- St.	34
35	e	2	9	15	-	-	-	85	89	43	-	-	49	61	-	ind.	6,8	8,8	- St.	35
36	e	2	9	15	-	-	-	85	89	43	-	-	48	64	-	ind.	10	14	- St.	36
37	e	3	9	15	-	-	A1	28	85	89	43	-	49	64	-	ind.	7,5	10,5	- St.	37
38	e 25	3	9	15	16	-	A1	29	85	89	43	-	49	64	-	ind.	8,8	12,3	- St.	38
39	g	2	7	14	17	-	K	28	85	89	43	44	48	64	-	ind.	10	14	- St.	39
40	g	2	9	18	17	-	K	28	85	89	43	44	49	64	-	ind.	4	5,5	- St.	40
41	g	9	17	-	-	-	A1	28	85	89	43	44	49	64	-	ind.	5,5	8	- St.	41
42	e 25	3	9	15	16	-	A1	29	85	89	43	-	49	64	-	ind.	10,8	15	- St.	42
43	e g	2	9	15	17	-	G2	29	85	89	43	44	49	68	-	ind.	9	12,6	- St.	43
44	e	2	9	15	-	-	-	85	89	43	-	-	48	62	-	ind.	7,5	11	- St.	44
45	e	3	9	15	-	-	A1	29	85	89	43	-	49	64	-	ind.	5,3	7,3	- St.	45
46	e	2	9	15	-	-	-	85	40	43	-	-	49	64	-	ind.	6,3	8,8	- St.	46
47	e	2	9	15	-	-	G1	85	40	43	-	-	48	65	-	ind.	11	15,4	- St.	47
48	e	3	9	15	-	-	A1	29	85	40	43	-	49	64	-	ind.	7,9	10,8	- St.	48
49	e	3	9	15	-	-	A1	28	85	40	43	-	49	64	-	ind.	8	11,3	- St.	49
50	e	3	9	15	-	-	A1	28	85	40	43	-	49	64	-	ind.	7	9,8	- St.	50

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
51	e	2 9 15 — —	—	85 40 43 — —	48 64 —	ind.	11,8	16	— St.	51
52	e	2 9 15 — —	—	85 40 43 — —	48 62 —	ind.	8	11	— St.	52
53	elg	2 9 15 17 —	G2	29 85 40 43 44	49 62 —	ind.	5	7	— St.	53
54	g	2 7 14 17 —	K	28 85 40 43 44	48 64 —	ind.	10	14	— St.	54
55	g	2 9 18 17 —	K	28 85 40 43 44	49 64 —	ind.	4,8	6,5	— St.	55
56	g	9 17 — — —	A1	28 85 40 43 44	49 64 —	ind.	5,5	8	— St.	56
57	e 25	3 9 15 16 —	A1	29 85 40 43 —	49 64 —	ind.	8,8	12,3	— St.	57
58	e	2 9 15 — —	—	85 40 43 — —	48 64 —	ind.	10	14	— St.	58
59	e	2 — — — —	—	25 85 39 — —	61 — —	dir.	9	12,5	— —	59
60	e	2 6 — — —	—	26 85 39 — —	61 — —	dir.	7,5	10,5	— Zw.	60
61	e	2 9 — — —	—	96 87 43 — —	49 65 —	dir.	6	9	— St.	61
62	e	2 9 — — —	—	84 89 43 — —	49 62 —	dir.	8,5	12	N St.	62
63	e	2 9 — — —	—	84 89 43 — —	49 61 —	dir.	6,5	9	N N St.	63
64	e	2 9 — — —	—	35 89 43 — —	49 62 —	dir.	8	11	— St.	64
65	e	2 9 — — —	—	36 87 43 — —	48 64 —	dir.	7,5	10,5	— St.	65
66	e	2 — — — —	—	24 85 89 — —	62 — —	dir.	4,5	6,8	— —	66
67	e	2 6 — — —	—	25 85 39 — —	62 — —	dir.	9	12,5	— Zw.	67
68	e	2 — — — —	—	25 85 39 — —	61 — —	dir.	5	7	— —	68
69	e	2 6 — — —	—	26 85 39 — —	61 — —	dir.	10,5	15	— Zw.	69
70	e	2 6 — — —	—	26 85 38 — —	61 — —	dir.	7,5	10,5	— Zw.	70
71	e	2 — — — —	—	26 84 39 — —	61 — —	dir.	6,7	9,5	— —	71
72	e f	1 7 16 — —	—	26 85 39 — —	60 — —	dir.	5	7	— Zw.	72
73	e	2 6 — — —	—	26 84 37 — —	60 — —	dir.	5	7	— Zw.	73
74	e	2 6 — — —	—	26 85 39 — —	60 — —	dir.	6	8,4	— Zw.	74
75	e	2 6 — — —	—	87 — — — —	49 55 —	dir.	15	15	A Zw.	75
76	e	2 6 — — —	—	25 86 38 — —	62 — —	dir.	8	11	— Zw.	76

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
77	e	2 6 — — —	—	25 36 38 — —	60 — —	dir.	8	11,2	— Zw.	77
78	e	2 6 — — —	—	25 36 38 — —	60 — —	dir.	6,5	9	— Zw.	78
79	e	2 6 — — —	—	24 36 38 — —	61 — —	dir.	10	14	— Zw.	79
80	e/i	1 7 15 19 —	A1	23 35 39 — —	65 — —	ind.	4	5,6	— Zw.	80
81	e	2 9 — — —	—	36 38 43 — —	48 68 —	dir.	9	12,6	— St.	81
82	f	2 — — — —	G1	35 39 43 — —	47 64 —	ind.	10	14	— St.	82
83	f	6 16 — — —	—	28 35 39 — —	65 — —	ind.	4	5,6	— Zw.	83
84	g	7 14 — — —	—	35 39 48 44 —	46 64 —	ind.	3,8	5,3	— St.	84
85	t	2 — — — —	G1	34 38 43 — —	49 68 —	ind.	9	12,6	— St.	85
86	t	2 13 19 — —	G1	29 35 39 43 —	49 68 —	ind.	7	10,5	— St.	86
87	t	2 13 19 — —	G1	29 35 39 43 —	49 64 —	ind.	8,8	12,5	— St.	87
88	t	2 8 18 18 —	K	28 35 39 43 —	49 64 —	ind.	5,3	7,5	— St.	88
89	g	2 9 18 17 —	K	28 35 39 43 44	49 64 —	ind.	5,5	7,8	— St.	89
90	g	2 9 18 17 —	K	28 35 39 43 —	49 64 —	ind.	5,5	7,8	— St.	90
91	t	2 9 18 — —	—	29 35 39 43 —	49 63 —	dir.	10	14	— St.	91
92	t	2 9 13 17 —	G1	29 35 39 43 —	49 62 —	ind.	7,5	10,5	— St.	92
93	f	1 16 — — —	—	28 35 39 — —	61 — —	dir.	8,8	12,5	— Zw.	93
94	e	1 15 — — —	A1	23 33 39 — —	65 — —	ind.	4	5,6	— Zw.	94
95	g	7 14 — — —	—	34 40 43 44 —	46 64 —	ind.	6,3	8,8	— St.	95
96	e	2 8 15 — —	G1	28 33 40 43 —	48 62 —	ind.	6	8,5	— St.	96
97	e	1 7 19 — —	A1	23 33 39 — —	65 — —	ind.	4	5,6	— Zw.	97
98	f	6 16 — — —	—	28 36 38 — —	66 — —	dir.	5	7,5	— Zw.	98
99	f	2 — — — —	G1	33 39 44 — —	49 63 —	ind.	9	12,6	— St.	99
100	f	6 16 — — —	—	28 33 39 — —	65 — —	ind.	4	5,6	— Zw.	100
101	e	2 9 — — —	—	36 38 43 — —	48 62 —	dir.	8,5	12	— St.	101
102	f	2 13 17 — —	G1	29 33 39 43 —	49 63 —	ind.	4,5	6,3	— St.	102

103—128

Prüfserien-Daten

1. 7. 47.

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
103	f	2 18 19 — —	G1	29 38 89 43 —	49 63 —	ind.	7	10	— St.	103
104	f	2 18 19 — —	G1	29 38 89 43 —	49 64 —	ind.	8,8	12,5	— St.	104
105	f	2 8 18 18 —	K	28 88 89 43 —	49 64 —	ind.	5,3	7,5	— St.	105
106	f	2 9 18 17 —	K	28 88 89 43 —	49 64 —	ind.	5,5	7,8	— St.	106
107	f	2 13 — — —	G1	28 88 89 43 —	49 63 —	ind.	8	11	— St.	107
108	f	2 13 — — —	G1	28 34 40 43 —	49 61 —	ind.	6,8	9,5	— St.	108
109	f	2 — — — —	—	24 35 40 — —	61 — —	ind.	6,8	8,8	— —	109
110	f	1 16 — — —	—	24 33 40 — —	61 — —	ind.	6,8	8,8	— Zw.	110
111	i	1 7 19 — — —	A1	28 34 88 — —	65 — —	ind.	4	5,6	— Zw.	111
112	f	2 18 19 — — —	G1	29 84 88 48 —	49 64 —	ind.	8,8	12,5	— St.	112
113	f	2 18 19 — — —	G1	29 84 88 48 —	49 63 —	ind.	4,5	6,3	— St.	113
114	f	2 8 18 18 — —	K	28 84 88 48 —	49 64 —	ind.	5,3	7,5	— St.	114
115	f	2 9 18 17 — —	K	28 84 88 43 —	49 64 —	ind.	5,5	7,8	— St.	115
116	f	2 18 — — —	G1	28 84 88 48 —	49 63 —	ind.	8,5	12	— St.	116
117	f	1 16 — — —	—	25 84 88 — —	61 — —	ind.	7,5	10,5	— Zw.	117
118	f	1 16 — — —	—	24 33 39 — —	61 — —	ind.	7,5	10,5	— Zw.	118
119	f	2 6 19 — — —	—	28 96 98 — —	65 — —	ind.	4	5,6	— Zw.	119
120	f	9 18 — — —	A1	28 86 88 43 —	48 65 —	dir.	10,5	15	— St.	120
121	f	2 9 — — —	—	86 88 48 — —	47 63 —	dir.	4,2	5,9	— St.	121
122	e	2 9 — — —	G2	28 86 88 43 —	46 63 —	dir.	4	5,9	— St.	122
123	f	2 9 18 — — —	—	28 86 88 48 —	48 63 —	dir.	8,5	12	— St.	123
124	f	2 — — — —	G1	32 40 48 — —	49 63 —	ind.	6,5	9	B St.	124
125	f	2 13 — — —	G1	28 82 40 43 —	49 63 —	ind.	8,7	12	B St.	125
126	f	2 — — — —	—	24 82 40 — —	61 — —	ind.	5	7	B —	126
127	f	9 18 — — —	A1	28 36 88 43 —	48 65 —	dir.	7	10	— St.	127
128	f	2 9 18 17 —	K	28 86 88 43 —	48 64 —	dir.	8,8	4,8	— St.	128

129-173

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe			Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.					
129	g	2	9	17	—	—	29	35	39	43	44	49	62	—	St.	129			
130	e	2	9	—	—	—	35	39	43	—	—	49	61	dir.	7,5	10,5	N St.	130	
131	e	2	6	—	—	—	25	35	38	—	—	60	—	dir.	6	8,4	— Zw.	131	
132	f	2	13	19	—	—	Q1	28	36	38	43	—	48	65	dir.	6	8,4	— St.	132
133	f	2	13	19	—	—	Q1	28	36	38	43	—	48	65	dir.	7	10	— St.	133
134	f	2	9	—	—	—	36	38	43	—	—	48	64	dir.	2,8	8,2	— St.	134	
135	f	14	16	—	—	—	36	38	43	—	—	48	64	dir.	2,8	8,2	— St.	135	
136	f	2	—	—	—	Q1	36	38	43	—	—	48	63	dir.	5,5	7,7	— St.	136	
137	f	2	13	19	—	—	Q1	29	34	38	43	—	49	63	ind.	7	9,8	— St.	137
138	f	6	16	—	—	—	28	34	38	—	—	65	—	ind.	4	5,6	— Zw.	138	
139	e	2	9	18	—	—	29	36	38	43	—	48	68	dir.	5,7	8	— St.	139	
140	siehe Original			—	—	—	36	38	43	—	—	48	68	dir.	6	8,4	— St.	140	
141	e	2	9	—	—	—	36	38	43	—	—	48	68	dir.	7,5	10,5	— St.	141	
142	e	2	9	—	—	—	36	38	43	—	—	48	64	dir.	6,5	9,5	— St.	142	
143	e	2	9	—	—	—	36	38	43	—	—	48	62	dir.	—	—	—	143	
144	bis			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144		
164	siehe Originale			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164		
165	f	2	9	—	—	—	26	35	39	43	—	61	—	dir.	6,8	9,5	— St.	165	
166	f	2	9	13	—	—	28	35	39	43	—	49	68	ind.	7,5	10,5	— St.	166	
167	f	2	13	—	—	—	Q1	28	33	40	43	—	48	62	ind.	6	8,5	— St.	167
168	e	3	9	—	—	—	A1	28	36	38	43	—	48	65	dir.	6	8,4	— St.	168
169	e	3	9	—	—	—	A1	28	36	38	43	—	48	65	dir.	4	5,6	— St.	169
170	e	2	—	—	—	—	26	36	38	—	—	63	—	dir.	7	10	— —	170	
171	g	2	9	17	—	—	28	32	39	43	44	49	61	ind.	6,8	9,5	— St	171	
172	g	2	6	19	—	—	25	33	40	44	—	61	—	ind.	6,3	8,8	— Zw.	172	
173	e	1	15	—	—	A1	23	34	39	—	—	65	—	ind.	4	5,6	— Zw.	173	

174-216

卷之三

FRIEDRICH-DIKKEL

四

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe			Außen-Elek-trode an	Stecker in mittlerer Reihe			Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.			
217	f	2	18	19	—	—	G1	29 32 40 43	—	49 64	—	ind.	8,8	12,5	B St. 217	
218	f	5	10	11	16	—	—	28 34 38	—	65	—	ind.	4	5,6	— Zw. 218	
219	c/f	2	—	—	—	—	G1	34 38 43	44	—	48 63	—	ind.	4,5	6,8	— St. 219
220	c/f	6	16	17	—	—	—	28 34 38	44	—	65	—	ind.	4	5,6	— Zw. 220
221	f	2	18	—	—	—	G1	28 34 38	43	—	49 63	—	ind.	8,5	12	— St. 221
222	f	6	16	—	—	—	—	28 34 38	—	—	65	—	ind.	4	5,6	— Zw. 222
223	f	2	8	13	18	—	G1	29 34 38	43	—	49 63	—	ind.	4,5	6,8	— St. 223
224	f	2	9	13	17	—	K	28 34 38	43	—	49 64	—	ind.	5,8	8	— St. 224
225	f	2	9	13	—	—	G1	29 34 38	43	—	49 62	—	ind.	6	8,5	— St. 225
226	f	2	9	13	—	—	—	29 34 38	43	—	49 61	—	ind.	5,5	7,8	— St. 226
227	f	1	16	—	—	—	—	25 34 38	—	—	60	—	ind.	5	7	— Zw. 227
228	f	1	16	—	—	—	—	26 34 38	—	—	60	—	ind.	8	11	— Zw. 228
229	f	2	9	12	—	—	—	34 38 43	—	—	49 64	—	ind.	5,5	5,5	J St. 229
230	f	2	9	12	—	—	—	35 39 43	—	—	49 64	—	ind.	5,5	5,5	J St. 230
231	f	2	13	—	—	—	G1	28 35 39	43	—	49 63	—	ind.	8,5	12	— St. 231
232	f	6	16	—	—	—	—	28 35 39	—	—	65	—	ind.	4	5,6	— Zw. 232
233	f	2	18	—	—	—	G1	28 32 39	43	—	49 62	—	ind.	6,5	9	— St. 233
234	f	6	16	—	—	—	—	28 32 39	—	—	65	—	ind.	4	5,6	— Zw. 234
235	f	2	9	13	—	—	—	29 36 38	43	—	48 63	—	dir.	5,5	7,7	— St. 235
236	h	7	14	—	—	—	—	34 38 43	—	—	47 63	—	ind.	4,5	6,8	— St. 236
237	h	1	20	—	—	—	—	28 34 38	—	—	65	—	ind.	4	5,6	— Zw. 237
238	h	2	22	—	—	—	—	34 38 43	—	—	48 63	—	ind.	6	8,4	— St. 238
239	h	8	14	16	—	—	—	28 34 38	43	44	49 64	—	ind.	5,8	8,8	— St. 239
240	h	2	8	14	—	—	—	29 34 38	43	—	49 63	—	ind.	5	7	— St. 240
241	h	2	22	—	—	—	—	34 38 43	—	—	48 64	—	ind.	10,5	15	— St. 241
242	h	7	14	—	—	—	—	34 38 43	—	—	48 64	—	ind.	10,5	15	— St. 242

444444

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.				
243	h	2	6	15	— —	—	24	34	38	— —	62	— —	ind.	9	12,5	— Zw.	243		
244	h	2	6	—	— —	—	25	35	39	— —	61	— —	dir.	7,5	10,5	— Zw.	244		
245	f/h	1	7	16	— —	—	26	35	39	— —	60	— —	dir.	6,5	9	— Zw.	245		
246	h	2	6	15	— —	—	23	34	38	— —	65	— —	ind.	4	5,6	— Zw.	246		
247	h	8	14	16	— —	—	29	34	38	43	49	64	ind.	11,3	15,8	— St.	247		
248	h	1	20	—	— —	—	23	34	38	— —	65	— —	ind.	4	5,6	— Zw.	248		
249	h	2	8	14	— —	—	29	34	38	43	49	64	ind.	10	14	— St.	249		
250	h	2	8	14	— —	—	29	34	38	43	44	49	64	ind.	11,3	15,8	— St.	250	
251	h	3	7	14	16	—	28	34	38	43	—	49	64	ind.	7,5	10,5	K St.	251	
252	h	2	8	14	— —	—	29	34	38	43	—	49	62	ind.	6	8,5	— St.	252	
253	h	2	8	14	— —	—	28	34	38	43	—	49	62	ind.	8	11	— St.	253	
254	h	2	6	15	— —	—	26	34	38	— —	60	— —	ind.	6	8,4	— Zw.	254		
255	f	2	13	—	— —	Q1	29	31	39	43	—	49	62	ind.	10	14	B St.	255	
256	f	7	14	—	— —	—	34	40	43	— —	48	63	—	ind.	10	14	— St.	256	
257	f	2	15	17	— —	Q1	28	34	40	43	—	49	63	—	ind.	4,5	6,8	— St.	257
258	h	7	14	—	— —	—	32	41	43	— —	47	64	—	ind.	8,8	5,8	B St.	258	
259	h	4	16	21	— —	—	28	32	41	43	—	49	63	—	5,5	7,7	B B St.	259	
260	i	2	19	—	— —	—	26	38	40	— —	63	— —	ind.	5	7	B B L	260		
261	e	2	9	15	— —	—	35	39	43	— —	49	55	—	ind.	6,5	9	— St.	261	
262	g	4	7	—	— —	—	35	39	43	44	—	46	68	—	ind.	9	12,6	— St.	262
263	g	1	7	15	— —	—	26	35	39	44	—	68	— —	ind.	6	8,4	— Zw.	263	
264	g	4	14	—	— —	A1	35	39	43	44	—	48	68	—	ind.	5	7	— St.	264
265	g	4	10	17	— —	A1	30	35	39	43	44	49	68	—	ind.	11,5	16	— St.	265
266	g	4	10	17	— —	A1	29	35	39	43	44	49	63	—	ind.	8,5	12	— St.	266
267	e	—	—	—	— —	A1	25	36	38	— —	62	— —	dir.	6	8	— —	—	267	
268	f	2	13	17	— —	Q1	28	35	39	43	—	49	63	—	ind.	7,8	10	— St.	268

269—296

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
269	g	— — — — —	A1	25 35 39 — —	63 — —	ind.	8,5	4,9	— —	269
270	e	— — — — —	A1	24 35 38 — —	61 — —	ind.	7,5	11,3	D —	270
271	e	2 8 15 — —	G1	28 35 39 48 —	49 63 —	ind.	7,8	10	— St.	271
272	bis 274	siehe Originale								272
275	f	2 10 13 17 —	G1	28 36 40 43 —	49 64 —	ind.	6,3	8,8	— St.	275
276	f	2 13 — — —	G1	28 32 37 48 —	48 62 —	ind.	11,5	16	— St.	276
277	f	16 — — — —	—	23 34 38 — —	65 — —	ind.	5	7	— —	277
278	f	2 11 — — —	—	23 34 38 — —	65 — —	ind.	4	5,6	— Zw.	278
279	f	2 13 — — —	G1	29 34 38 43 —	49 64 —	ind.	8,8	12,3	— St.	279
280	f	2 10 13 19 —	G1	30 34 38 43 —	49 64 —	ind.	8,8	12,3	— St.	280
281	f	2 13 19 — —	G1	28 34 38 43 —	49 64 —	ind.	8	11,3	— St.	281
282	f	2 9 13 16 —	—	28 34 38 48 —	49 64 —	ind.	5	7	J St.	282
283	f	2 9 13 — —	—	28 34 38 43 —	49 62 —	ind.	8,5	12	— St.	283
284	f	5 9 13 16 —	—	28 34 38 43 —	48 64 —	ind.	8,8	12,5	— St.	284
285	f	2 10 13 19 —	—	28 34 38 — —	48 64 —	ind.	8,8	12,5	— —	285
286	f	2 9 — — —	—	36 38 43 — —	48 64 —	dir.	9	12,8	— St.	286
287	f	2 8 13 18 —	G1	28 36 38 43 —	46 64 —	dir.	8,5	5	— St.	287
288	g	3 9 15 19 —	A1	30 36 38 43 —	48 64 —	dir.	5	7	— St.	288
289	h	2 9 15 17 —	—	28 34 38 48 44	49 63 —	ind.	5,5	7,7	— St.	289
290	f	9 16 — — —	—	38 40 43 — —	46 64 —	ind.	8,8	12,3	— St.	290
291	f	2 10 13 — —	G1	28 33 40 43 —	49 64 —	ind.	7,5	10,5	— St.	291
292	f	9 16 — — —	—	34 38 48 — —	46 64 —	ind.	8,8	12,8	— St.	292
293	f	2 10 13 — —	G1	28 34 38 48 —	49 64 —	ind.	7,5	10,5	— St.	293
294	h	7 14 — — —	—	34 38 43 — —	48 64 —	ind.	4,5	6,8	— St.	294
295	h	4 16 21 — —	—	28 34 38 43 —	49 63 —	ind.	8,5	12	— St.	295
296	h	3 8 14 16 —	—	28 34 38 43 —	49 65 —	ind.	5	7	J St.	296

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen- Elek- trode an	Stecker in mittlerer Reihe			Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.		
297	h	8	14	16	—	—	29	35	40	48	—	ind.	6	8,4	B St.	297	
298	h	1	20	—	—	—	28	35	40	—	—	ind.	5,5	7,7	B Zw.	298	
299	h	2	22	—	—	—	35	40	43	—	—	ind.	9	12,6	B St.	299	
300	h	8	14	16	—	—	28	35	40	43	44	ind.	7,5	10,5	B St.	300	
301	h	7	14	—	—	—	84	41	43	—	—	ind.	5,5	7,8	B St.	301	
302	h	4	16	21	—	—	28	34	41	43	—	ind.	7	9,5	B St.	302	
303	h	2	15	—	—	—	24	32	40	—	—	ind.	6,8	9,5	B —	303	
304	e	2	9	18	—	—	28	35	39	43	—	ind.	7,5	10,5	— St.	304	
305	h	—	—	—	—	A1	26	34	38	—	—	ind.	7,5	10,5	L —	805	
306	h	2	—	—	—	—	26	34	38	—	—	ind.	6	8,4	L —	806	
307	e	2	8	15	—	—	G1	29	35	39	43	—	ind.	6	8,5	— St.	807
308	h	2	6	15	—	—	24	32	40	—	—	ind.	11	15	B Zw.	808	
309	e	2	15	—	—	G1	35	39	43	—	—	ind.	7	10	— St.	809	
310	siehe Original				—	—	34	38	43	—	—	ind.	7	10	— St.	810	
311	f	9	16	—	—	—	48	63	—	—	—	dir.	10,5	15	— St.	811	
312	f	2	9	18	—	—	28	36	38	43	—	ind.	6,8	8,8	J St.	812	
313	f	2	9	12	16	—	34	38	43	—	—	ind.	7,5	10,5	— St.	813	
314	f	2	18	17	—	—	28	34	38	43	—	ind.	6,8	8,8	J St.	814	
315	h	2	8	14	—	—	28	35	41	43	—	ind.	10	14	B St.	815	
316	h	2	8	14	—	—	28	38	39	43	—	ind.	8,8	12,5	— St.	816	
317	h	3	7	14	16	—	29	38	39	43	—	ind.	9	12,5	J St.	817	
318	h	3	7	14	16	—	28	38	39	43	—	ind.	10	14	P St.	818	
319	h	8	14	16	—	—	28	36	37	43	—	dir.	5,5	7,7	P —	819	
320	h	2	—	—	—	—	24	36	37	—	—	dir.	6,5	9	P St.	820	
321	h	2	14	—	—	—	36	37	43	—	—	dir.	5,5	7,8	P St.	821	
322	h	2	22	—	—	—	36	37	43	—	—	dir.	6,5	9	P St.	822	

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen-Elek.-trode an	Stecker in mittlerer Reihe			Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.				
323	h	8	14	16	—	—	28	36	37	48	44	46	65	—	dir.	6	8,4	P St. 323	
324	h	2	22	—	—	—	36	37	43	—	—	48	64	—	dir.	10	14	P St. 324	
325	h	7	14	—	—	—	36	37	43	—	—	48	64	—	dir.	10	14	P St. 325	
326	h	2	8	14	—	—	28	36	37	48	—	48	66	—	dir.	10,8	15,8	P St. 326	
327	h	2	8	14	—	—	28	36	37	48	—	48	64	—	dir.	6	8,3	P St. 327	
328	e	—	—	—	—	A1	26	35	38	—	—	60	—	—	dir.	7,5	10,5	— — 328	
329	e	2	9	15	—	—	35	39	43	—	—	48	62	—	ind.	11	15,5	H St. 329	
330	f	2	—	—	—	G1	36	37	43	—	—	48	65	—	dir.	4	6	— St. 330	
331	f	7	—	—	—	—	28	36	37	—	—	66	—	—	dir.	6,3	8,8	— — 331	
332	f	2	13	—	+	—	G1	28	36	37	48	—	48	66	—	dir.	10,8	15,8	— St. 332
333	f	2	9	13	17	—	G1	28	36	37	48	—	48	65	—	dir.	5,5	7,7	— St. 333
334	f	2	9	13	—	—	—	28	36	37	48	—	48	64	—	dir.	6	8,8	— St. 334
335	k	2	—	—	—	G1	36	37	43	—	—	48	65	—	dir.	4,5	6,8	— St. 335	
336	c	2	—	—	—	G1	36	37	43	—	—	45	48	65	dir.	4,5	6,8	E St. 336	
336	k	16	—	—	—	—	23	36	37	—	—	66	—	—	dir.	6,8	8,8	— — 336	
337	c	16	—	—	—	—	23	36	37	—	—	45	66	—	dir.	6,8	8,8	E — 336	
337	k	2	—	—	—	G1	36	37	48	—	—	48	64	—	dir.	5,5	7,8	— St. 337	
338	c	2	—	—	—	G1	36	37	43	—	—	45	48	64	dir.	5,5	7,8	E St. 337	
338	k	11	16	—	—	—	23	36	37	—	—	66	—	—	dir.	5	7,5	— Zw. 338	
339	c	11	16	—	—	—	23	36	37	—	—	45	66	—	dir.	5	7,5	E Zw. 338	
339	k	14	20	—	—	—	36	37	43	—	—	48	65	—	dir.	10	14	— St. 339	
340	c	12	—	—	—	—	23	36	37	—	—	45	65	—	dir.	5	7	E — 340	
340	k	2	8	15	—	G1	28	36	37	48	—	48	64	—	dir.	5	7	— St. 340	
341	c	2	8	15	—	G1	28	36	37	48	—	45	48	64	dir.	5	7	E St. 340	
341	k	2	8	19	—	—	G1	29	36	37	48	—	48	65	—	dir.	6	8,4	— St. 341
341	c	2	8	19	—	G1	29	36	37	48	—	45	48	65	dir.	6	8,4	E St. 341	

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe				unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.				
342	k	2	8	19	— —	G1	28	36	37	43	—	48	65	— —	dir.	10	14	— St.	342	
	e	2	8	19	— —	G1	28	36	37	43	—	45	48	65	—	10	14	E St.		
343	k	2	7	18	— —	G1	28	36	37	43	44	48	66	— —	dir.	6,8	9,5	— St.	343	
	e	2	7	18	— —	G1	28	36	37	43	—	45	48	66	—	6,8	9,5	— St.		
344	k	2	8	14	— —	—	28	36	37	43	—	48	64	— —	dir.	6	8,8	E St.	344	
	e	2	8	14	— —	—	28	36	37	43	—	45	48	64	—	6	8,8	E St.		
345	k	8	14	16	— —	—	28	36	37	43	—	45	48	64	—	3,8	5,3	— St.	345	
	e	8	14	16	— —	—	28	36	37	43	—	45	48	64	—	3,8	5,3	E St.		
346	k	2	8	—	— —	—	28	36	37	43	—	45	48	53	64	dir.	8,8	5,3	— St.	346
	e	2	8	14	16	—	28	36	37	43	—	45	48	64	—	7,5	10,5	E St.		
347		2	8	15	— —	G1	28	35	40	43	—	48	54	64	—	ind.	10,3	14,3	— St.	347
	e	2	8	15	— —	G1	28	35	40	43	—	45	48	64	—	10,3	14,3	G/O St.		
348	k	8	7	14	17	—	28	33	39	43	44	49	65	— —	ind.	11,5	16	J St.	348	
	c	3	7	14	17	—	28	33	39	43	—	45	49	65	—	11,5	16	E/J St.		
349	i	—	—	—	— —	A1	26	35	39	—	—	64	—	— —	ind.	10	14	— —	349	
350	e	9	15	—	— —	A1	34	39	43	—	—	49	63	— —	ind.	8,5	12	— St.	350	
351	f	9	—	—	— —	A1	35	39	—	—	—	49	55	— —	ind.	10	14	— St.	351	
		W16 u. W17 siehe Original																		
352	f	2	—	—	— —	—	25	35	39	—	—	64	—	— —	dir.	11	15	— —	852	
353	f	9	—	—	— —	A1	34	38	—	—	—	49	55	— —	ind.	10	14	— St.	853	
		W16 u. W17 siehe Original																		
354	f	2	—	—	— —	G1	35	39	—	—	—	49	55	— —	ind.	10	14	— St.	354	
		W16 u. W17 siehe Original																		
355	h	2	22	—	— —	—	35	39	43	—	—	48	63	— —	ind.	5	7	— St.	355	
356	h	9	12	—	— —	—	35	39	43	—	—	48	63	— —	ind.	5	7	— St.	356	
357	a	4	8	20	— —	—	28	32	40	43	—	49	62	— —	ind.	10	14	— St.	357	

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe		Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.	
358	a	11	16	—	—	—	—	23 32 40 43 —	ind.	5,5	7,7	—	Zw.	358
359	a	2	9	—	—	—	—	35 40 43 —	ind.	7,5	10,5	—	St.	359
360	a	18	18	20	—	—	—	28 35 40 43 —	ind.	8	11,8	—	St.	360
361	a	2	12	16	—	—	—	25 32 40 —	ind.	6,5	9	—	—	361
362	a	18	20	—	—	—	—	36 37 43 —	dir.	6,5	9	—	St.	362
363	a	2	9	—	—	—	—	34 38 43 —	ind.	10	14	—	St.	363
364	a	13	18	20	—	—	—	28 34 38 43 —	ind.	8	11,3	—	St.	364
365	a	3	10	18	20	—	—	29 31 38 43 —	ind.	5	7	—	St.	365
366	a	4	8	20	—	—	—	29 34 38 43 —	ind.	7	10	—	St.	366
367	a	11	16	—	—	—	—	23 34 38 —	ind.	5	7	—	Zw.	367
368	a	2	—	—	—	—	—	26 35 39 —	dir.	11,5	16	—	—	368
369	a	4	20	—	—	—	—	36 37 —	dir.	11,8	15,8	E	St.	369
370	a	16	—	—	—	—	—	23 36 37 —	dir.	6,3	8,8	E	—	370
371	a	2	9	—	—	—	—	36 37 43 —	dir.	9,5	14	E	St.	371
372	a	10	13	18	20	—	—	28 36 37 43 —	dir.	4,5	6,3	E	St.	372
373	a	2	9	—	—	—	—	36 37 43 —	dir.	8	11	—	St.	373
374	a	14	16	—	—	—	—	36 37 43 —	dir.	8	11	—	St.	374
375	a	3	10	18	20	—	—	28 36 37 43 —	dir.	7,5	10,5	—	St.	375
376	f	2	18	—	—	G1	—	28 32 39 43 —	ind.	10	14	—	St.	376
377	f	7	—	—	—	—	—	24 34 38 —	ind.	6,3	8,8	—	—	377
378	f	2	18	19	—	—	G1	29 34 38 43 —	ind.	9	12,5	—	St.	378
379	f	9	13	19	—	—	A1	28 34 38 43 —	ind.	8,5	12	—	St.	379
380	h	3	14	—	—	—	A1	28 34 38 43 —	ind.	8	11	—	St.	380
381	k	2	—	—	—	—	—	25 32 40 44 —	ind.	6,5	9	—	—	381
	c	2	—	—	—	—	—	25 32 40 —	ind.	6,5	9	G	—	

382—404

Prüfzertifikat-Daten

L. T. 47



Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
382	k	2 8 19 — —	G1	28 33 39 43 44	49 64 —	ind.	8	11,3	— St.	382
	c	2 8 19 — —	G1	28 33 39 43 —	45 49 64	ind.	8	11,3	— St.	
383	i	2 13 19 — —	G1	29 33 39 43 —	49 63 —	ind.	5	7	— St.	383
384	i	2 13 19 — —	G1	29 33 39 43 —	49 64 —	ind.	10,5	15	— St.	384
385	i	2 13 19 — —	G1	29 33 39 43 —	49 63 —	ind.	5	7	— St.	385
386	f	2 8 13 19 —	G1	29 35 39 43 —	49 63 —	ind.	6,7	9,5	— St.	386
387	i	2 9 — — —	—	35 37 43 — —	47 64 —	dir.	7,5	10,5	— St.	387
388	d	2 8 19 — —	G1	29 34 39 43 44	48 64 —	ind.	9	12,8	— St.	388
389	d	2 8 19 — —	G1	28 34 39 43 44	49 62 —	ind.	7	10	— St.	389
390	a	3 10 18 20 —	—	28 33 39 43 —	49 64 —	ind.	7,5	10,5	— St.	390
391	a	3 10 18 20 —	—	28 36 37 43 —	48 65 —	dir.	4,8	6,1	— St.	391
392	i	1 16 — — —	—	26 34 37 — —	61 — —	ind.	10	14	— Zw.	392
393	i	— — — — —	A1	26 35 39 — —	64 — —	dir.	11,3	15,8	— —	393
394	e	— — — — —	A1	26 35 39 — —	64 — —	ind.	7,5	10,5	— —	394
395	f	2 18 — — —	G1	29 34 38 43 —	49 64 —	ind.	11,3	15,8	— St.	395
396	k	2 8 19 — —	G1	29 32 40 43 —	49 61 —	ind.	7,5	10,5	B St.	396
	c	2 8 19 — —	G1	29 32 40 43 —	45 49 61	ind.	7,5	10,5	B/E St.	
397	k	11 19 20 — —	—	23 32 40 — —	65 — —	ind.	4	5,6	B Zw.	397
	e	12 19 — — —	—	23 32 40 — —	45 65 —	ind.	4	5,6	B/E —	
398	c	2 8 13 — —	G1	28 36 37 43 —	45 46 65	dir.	10	14	E St.	398
399	e	2 6 — — —	—	25 35 39 — —	60 — —	dir.	5	7	— Zw.	399
400	e	2 9 15 — —	—	33 39 43 — —	48 63 —	ind.	4,8	7,2	— St.	400
401	e	2 9 15 — —	—	33 39 43 — —	48 62 —	ind.	7	11	— St.	401
402	e	3 9 15 — —	A1	28 38 39 43 —	49 64 —	ind.	8,5	5,9	— St.	402
403	e	3 9 15 — —	A1	28 33 39 43 —	49 64 —	ind.	4,8	7,3	— St.	403
404	e	3 9 15 — —	A1	28 33 39 43 —	49 64 —	ind.	6,5	9,8	— St.	404

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen- Elek- trode an	Stecker in mittlerer Reihe			Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.		
405.	e	6	12	—	—	—	28	36	38	—	—	dir.	5	—	Zw.	405	
406.	m	9	15	16	—	—	35	39	43	—	—	ind.	4,4	6,6	— St.	406	
407.	m	2	9	15	21	—	K	28	35	39	43	—	ind.	3,6	5,4	— St.	407
408.	e	2	9	—	—	—	36	38	43	—	—	dir.	8	12	— St.	408	
409.	m	2	9	15	21	—	—	28	35	39	43	—	ind.	8	12	— St.	409
410.	e	3	9	—	—	A1	28	36	38	43	—	dir.	4,3	6,8	— St.	410	
411.	e	2	9	—	—	—	35	39	43	—	—	dir.	9,5	14,5	— St.	411	
412.	e	2	6	—	—	—	25	35	39	—	—	dir.	5	7,5	— Zw.	412	
413.	e	2	6	—	—	—	26	35	39	—	—	ind.	7	10,5	— Zw.	413	
414.	e	2	6	—	—	—	26	35	39	—	—	dir.	7	10,5	— Zw.	414	
415.	m	2	15	—	—	G1	35	39	43	—	—	ind.	7,5	11,3	— St.	415	
416.	m	6	8	15	17	20	—	28	35	39	—	—	ind.	10	14	— Zw.	416
417.	m	9	20	—	—	—	36	38	43	—	—	dir.	6,5	9,8	— St.	417	
418.	e	2	—	—	—	G1	36	38	43	—	—	dir.	6,5	9,5	— St.	418	
419.	m	2	15	21	—	—	G1	28	34	40	43	—	ind.	8	12	— St.	419
420.	e	3	9	—	—	A1	28	36	38	43	—	dir.	2,5	8,6	— St.	420	
421.	e	3	9	—	—	A1	28	36	38	43	—	dir.	3,5	5,3	— St.	421	
422.	e m	2	9	15	—	—	G1	33	39	43	—	—	ind.	4	6	— St.	422
423.	m	3	9	15	—	—	A1	29	38	39	43	44	ind.	5,8	8,5	— St.	423
424.	e m	2	9	15	21	—	G2	28	38	39	43	—	ind.	7	11	— St.	424
425.	e m	3	9	15	—	—	A1	29	35	39	43	44	ind.	9,5	14,8	— St.	425
426.	e	2	9	13	—	—	28	35	39	43	—	dir.	7	11	— St.	426	
427.	e m	2	9	15	21	—	G2	28	35	39	43	—	ind.	7	11	— St.	427
428.	m	2	9	15	17	—	—	28	34	40	43	—	ind.	8	12	— St.	428
429.	m	2	9	15	17	21	K	28	33	39	43	—	ind.	3,6	5,4	— St.	429
430.	m	2	9	15	17	21	K	28	35	39	43	—	ind.	3,6	5,4	— St.	430

431—456

Pfeilstrich-Daten

1. 7. 47

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.		
431	m	3	9	—	—	A1	28	36	38	43	44	48	64	—	St.	431	
432	m	2	15	—	—	G1	33	39	43	—	—	48	64	—	St.	432	
433	m	6	8	15	17	20	—	23	38	39	—	66	—	ind.	Zw.	433	
434	m	2	15	—	—	G1	33	39	43	—	—	48	64	ind.	St.	434	
435	m	2	9	17	21	—	K	28	36	38	43	—	48	64	dir.	St.	435
436	e	3	9	—	—	A1	28	36	38	43	—	48	64	dir.	St.	436	
437	m	2	6	15	—	—	—	25	34	40	44	—	61	—	ind.	Zw.	437
438	m	9	15	16	—	—	—	33	39	43	—	48	68	—	St.	438	
439	m	2	9	15	21	—	K	28	38	39	43	—	49	63	ind.	St.	439
440	m	1	9	18	18	20	—	29	36	38	—	—	48	68	dir.	Zw.	440
441	e	2	9	—	—	—	—	26	35	39	43	—	61	—	dir.	St.	441
442	e	2	9	—	—	—	—	26	35	39	43	—	62	—	dir.	St.	442
443	e	2	9	—	—	—	—	26	35	39	43	—	60	—	dir.	St.	443
444	e	3	9	15	—	—	A1	28	35	39	43	—	49	64	ind.	St.	444
445	e	2	9	13	—	—	—	28	35	39	43	—	49	62	dir.	St.	445
446	e	2	6	15	—	—	—	23	35	39	—	—	66	—	ind.	Zw.	446
447	m	2	18	—	—	—	—	36	38	43	—	—	48	64	dir.	St.	447
448	m	3	7	15	—	—	G1	29	35	39	43	44	49	68	ind.	St.	448
449	m	2	15	—	—	G1	85	89	43	—	—	48	64	ind.	St.	449	
450	e	2	9	18	—	—	—	29	36	38	43	—	48	68	dir.	St.	450
451	e/m	3	9	—	—	A1	29	36	38	43	44	48	65	dir.	St.	451	
452	c	2	—	—	—	G1	34	38	43	44	—	48	64	ind.	St.	452	
453	e/m	3	9	—	—	A1	29	36	38	43	44	48	64	dir.	St.	453	
454	e	2	9	—	—	—	—	26	35	39	43	—	60	—	dir.	St.	454
455	e	2	9	15	—	—	—	35	39	43	—	—	48	64	ind.	St.	455
456	m	2	15	—	—	G1	35	39	43	—	—	48	64	ind.	St.	456	

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außenelektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.	
457	c	2	—	—	—	G1	34	38	48	44	—	ind.	3,2	4,8	— St.	457
458	m	2	9	15	17 21	K	28	33	39	43	—	ind.	5,5	7,8	— St.	458
459	m	3	7	15	—	G1	30	33	39	48	44	ind.	4	6	— St.	459
460	m	3	7	15	—	G1	30	33	39	43	44	ind.	5,8	8,8	— St.	460
461	e	2	6	15	—	—	23	33	39	—	—	ind.	10	14	— Zw.	461
462	m	2	15	—	—	G1	33	39	43	—	—	ind.	4,8	7,2	— St.	462
463	m	2	15	—	—	G1	38	39	43	—	—	ind.	5,6	8,4	— St.	463
464	m	2	18	—	—	—	36	38	43	—	—	dir.	4	6	— St.	464
465	m	9	20	—	—	—	36	38	43	—	—	dir.	4	6	— St.	465
466	e	2	9	15	—	—	26	35	39	43	—	ind.	6	9	— St.	466
467	c	2	8	14	—	—	30	34	38	43	44	ind.	9	13,5	— St.	467
468	c	9	13	—	—	A1	30	34	38	43	—	ind.	11	15,5	— St.	468
469	f	2	18	19	—	G1	29	33	40	43	—	ind.	5,5	7,8	— St.	469
470	a	3	18	20	—	—	28	36	37	43	—	dir.	5	7	E St.	470
471	a	20	—	—	—	—	25	32	37	—	—	ind.	9	13,5	— —	471
472	a	2	9	—	—	—	38	39	48	44	—	ind.	6	9	— St.	472
473	a	14	16	—	—	—	33	39	48	—	—	ind.	6	9	— St.	473
474	a	3	9	15	18 20	—	29	33	39	43	—	ind.	7,3	10,8	— St.	474
475	a	4	10	20	—	—	33	39	43	—	—	ind.	8,8	13,2	— St.	475
476	a	10	11	16	—	—	23	33	39	—	—	ind.	5	7,5	— Zw.	476
477	a	4	10	20	—	—	33	39	43	—	—	ind.	6	9	— St.	477
478	a	4	10	20	—	—	34	38	43	—	—	ind.	8,8	18,2	— St.	478
479	a	10	11	16	—	—	23	34	38	—	—	ind.	5	7,5	— Zw.	479
480	a	3	10	18	20	—	29	34	38	43	—	ind.	5	7,2	— St.	480
481	a	3	9	18	18 20	—	29	34	38	43	—	ind.	4	6	— St.	481
482	a	4	20	—	—	—	34	38	43	—	—	ind.	6	9	— St.	482

483—508

Pfeilkarten-Daten

1. 7. 47



Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut alt	Beachte	Karte Nr.
483	a	11 16 — — —	—	23 34 38 — —	66 — —	ind.	5	7,5	— Zw.	483
484	a	2 9 — — —	—	34 38 43 44 —	48 64 —	ind.	8,8	4,8	— St.	484
485	a	3 9 15 18 20	—	29 34 38 43 —	49 64 —	ind.	7,8	10,8	— St.	485
486	a	18 20 — — —	—	33 39 43 — —	48 63 —	ind.	7	11	— St.	486
487	a	3 18 20 — —	—	29 33 39 43 —	49 63 —	ind.	8,8	18,2	— St.	487
488	a	3 10 18 20 —	—	28 33 39 43 —	49 64 —	ind.	8	12	— St.	488
489	a	3 9 18 18 20	—	29 33 39 43 —	49 63 —	ind.	4	6	— St.	489
490	a	3 18 20 — —	—	29 34 38 43 —	49 62 —	ind.	6	9	— St.	490
491	a	2 9 — — —	—	34 38 43 44 —	48 64 —	ind.	8,8	4,8	— St.	491
492	a	14 16 — — —	—	34 38 43 — —	48 64 —	ind.	8,8	4,8	— St.	492
493	a	2 9 — — —	—	34 38 43 44 —	48 63 —	ind.	6	9	— St.	493
494	a	14 16 — — —	—	34 38 43 — —	48 63 —	ind.	6	9	— St.	494
495	a	1 16 — — —	—	25 34 38 — —	61 — —	ind.	6	9	— Zw.	495
496	a	18 20 — — —	—	34 38 43 — —	48 63 —	ind.	7	11	— St.	496
497	a	3 10 18 20 —	—	28 34 38 43 —	49 64 —	ind.	8	12	— St.	497
498	a	18 20 — — —	—	34 38 43 — —	48 65 —	ind.	4	6	— St.	498
499	a	3 18 20 — —	—	29 34 38 43 —	49 62 —	ind.	5	7,5	— St.	499
500	b	2 10 — — —	—	25 34 38 — —	61 — —	ind.	6	9	— —	500
501	d	2 8 18 21 —	G1	28 36 38 43 —	48 65 —	dir.	7	11	— St.	501
502	d	2 8 18 21 —	G1	28 36 38 43 —	48 64 —	dir.	5	7,5	— St.	502
503	b	2 9 — — —	—	26 35 38 43 —	61 — —	dir.	4,8	7	— St.	503
504	d	2 8 18 — —	—	29 35 38 43 44	49 62 —	ind.	5	7,5	— St.	504
505	d	2 — — — —	G1	35 38 43 44 —	48 65 —	ind.	8,8	13,2	— St.	505
506	d	6 16 — — —	—	28 35 38 44 —	66 — —	ind.	5	7,5	— Zw.	506
507	d	2 8 13 18 —	G1	29 35 38 43 44	49 63 —	ind.	4	6	— St.	507
508	c	2 14 — — —	—	34 38 43 44 —	48 63 —	ind.	6	9	— St.	508

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe			Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.					
509	d	2	8	19	— —	G1	29	34	38	43	44	49	64	—	St.	509		
510	d	2	8	—	— —	G1	29	35	38	43	44	49	64	—	St.	510		
511	d	11	16	—	— —	—	28	35	38	44	—	66	—	ind.	5	Zw.	511	
512	b	2	—	—	— —	—	25	35	38	—	—	62	—	dir.	8	—	512	
513	b	2	6	—	— —	—	26	34	37	—	—	60	—	dir.	5	Zw.	513	
514	c	6	16	—	— —	—	25	34	37	44	—	60	—	ind.	4	E	514	
515	d	2	14	21	— —	—	29	34	38	43	—	48	68	dir.	9	St.	515	
516	l	2	9	15	— —	—	34	38	43	—	—	49	63	ind.	4,2	St.	516	
517	l	15	18	20	— —	—	34	38	43	—	—	49	63	ind.	4,2	St.	517	
518	d	2	8	18	18	—	G1	29	34	38	43	44	49	63	ind.	4	St.	518
519	c	2	8	14	17	—	G1	29	34	38	43	44	49	63	ind.	4	St.	519
520	d	2	8	—	— —	G1	29	34	38	43	44	49	64	ind.	9	St.	520	
521	d	11	16	—	— —	—	28	34	38	44	—	66	—	ind.	5	Zw.	521	
522	b	2	9	—	— —	—	34	37	43	—	—	48	62	dir.	8	St.	522	
523	d	2	14	—	— —	—	36	39	43	44	—	48	63	ind.	5,6	St.	523	
524	d	2	8	19	— —	G1	29	34	38	43	44	49	63	ind.	5	St.	524	
525	c	7	—	—	— —	G1	34	38	43	44	—	46	65	ind.	4	St.	525	
526	b	2	9	—	— —	—	35	37	43	—	—	48	63	dir.	7	St.	526	
527	d	2	14	—	— —	—	35	38	43	44	—	48	63	ind.	7	St.	527	
528	c	2	8	15	— —	G1	29	34	38	43	44	49	63	ind.	4,4	St.	528	
529	c	2	8	15	— —	G1	29	34	38	43	44	49	64	ind.	6,8	St.	529	
530	b	2	9	—	— —	—	36	38	43	—	—	48	63	dir.	5,6	St.	530	
531	b	2	9	—	— —	—	36	38	43	—	—	46	63	dir.	4	St.	531	
532	b	2	8	—	— —	G1	28	36	38	43	—	48	64	dir.	3,5	St.	532	
533	d	2	14	21	— —	—	28	36	38	43	—	48	63	dir.	5	St.	533	
534	b	2	8	—	— —	G1	28	36	38	43	—	48	64	dir.	4	St.	534	

535—560

Prüfkarten-Daten

1. 7. 47.



Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
535	b	2 10 — — —	—	25 33 39 — —	61 — —	ind.	7,8	10,8	— —	535
536	d	2 13 — — —	G1	28 34 38 43 44	49 64 —	ind.	8,8	5,5	— St.	536
537	d	2 14 — — —	—	34 38 43 44 —	48 63 —	ind.	7,6	11,4	— St.	537
538	d	2 13 — — —	G1	29 34 38 43 44	49 63 —	ind.	8	12	— St.	538
539	c/d	2 10 11 — —	—	28 34 38 44 —	65 — —	ind.	5	7	— Zw.	539
540	d	2 18 — — —	G1	29 35 38 43 44	48 64 —	ind.	8	12	— St.	540
541	d	2 8 18 — —	—	29 34 38 43 44	49 63 —	ind.	8	12	— St.	541
542	d	2 8 18 — —	—	29 34 38 43 44	49 62 —	ind.	5	7,5	— St.	542
543	d	2 8 18 — —	—	28 34 40 43 44	48 62 —	ind.	5	7,8	— St.	543
544	d	2 13 — — —	G1	29 34 38 43 44	49 63 —	ind.	4,4	6,6	— St.	544
545	b	2 9 — — —	—	35 38 43 — —	46 63 —	dir.	7	10,8	— St.	545
546	d	2 14 21 — —	—	28 35 38 43 —	48 63 —	dir.	7	10,8	— St.	546
547	c	2 8 14 — —	—	28 34 40 43 44	48 62 —	ind.	5	7,8	— St.	547
548	d	2 8 18 — —	—	28 33 40 43 44	46 63 —	ind.	7	10	— St.	548
549	d	2 14 21 — —	—	86 38 43 — —	48 64 —	dir.	2,6	3,9	— St.	549
550	d	1 10 12 19 20	—	24 34 40 — —	61 — —	ind.	5,5	8,3	— Zw.	550
551	d	2 13 — — —	G1	29 35 38 43 44	49 63 —	ind.	4,4	6,6	— St.	551
552	I	2 9 15 — —	—	35 38 43 — —	48 64 —	ind.	8	12	— St.	552
553	I	15 18 20 — —	—	35 38 43 — —	48 64 —	ind.	8	12	— St.	553
554	d	2 — — — —	G1	35 38 43 44 —	48 63 —	ind.	8	12	— St.	554
555	d	6 16 — — —	—	23 35 38 44 —	66 — —	ind.	5	7,5	— Zw.	555
556	d	2 14 — — —	—	85 38 43 44 —	48 63 —	ind.	8	12	— St.	556
557	d	2 8 19 — —	G1	29 35 38 43 44	49 64 —	ind.	6,8	10	— St.	557
558	d	2 8 19 — —	G1	29 35 38 43 44	49 63 —	ind.	5	7,2	— St.	558
559	d	2 22 — — —	—	86 38 43 — —	46 66 —	dir.	5,5	8,3	— St.	559
560	d	6 16 — — —	—	23 36 38 — —	66 — —	dir.	5	7,5	— Zw	560

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.				
561	c	2	10	11	=	=	24	34	40	44	—	61	—	ind.	5,5	8,3	— Zw.	561	
562	c	2	8	14	=	=	29	34	38	43	44	49	62	—	5	7,5	— St.	562	
563	d	2	8	—	—	—	G1	29	34	38	43	44	49	64	—	9,8	14,8	— St.	563
564	d	12	18	—	—	—	—	34	38	43	44	—	48	64	—	8,5	12,5	— St.	564
565	d	2	13	—	—	—	G1	28	36	38	43	44	48	64	—	2,8	4	— St.	565
566	c	2	8	15	—	—	G1	29	34	38	43	44	49	64	—	8,5	12,8	— St.	566
567	b	2	9	—	—	—	—	36	37	43	—	—	48	63	—	4,4	6,6	— St.	567
568	d	2	8	18	—	—	—	29	38	39	43	44	49	62	—	5	7,5	— St.	568
569	d	2	9	—	—	—	—	36	38	43	—	—	48	64	—	9	13,5	— St.	569
570	d	18	20	—	—	—	—	36	38	43	—	—	48	64	—	9	13,5	— St.	570
571	b	2	9	—	—	—	—	34	39	43	—	—	48	63	—	7,6	11,4	— St.	571
572	b	2	6	—	—	—	—	26	34	37	—	—	60	—	—	4	6	— Zw.	572
573	d	2	8	15	—	—	G1	29	34	38	43	44	49	64	—	6,8	10	— St.	573
574	d	2	8	15	—	—	G1	29	34	38	43	44	49	63	—	5	7,2	— St.	574
575	d	6	19	20	—	—	—	24	34	38	—	—	61	—	—	5	7,5	— Zw.	575
576	d	2	14	—	—	—	—	34	38	43	44	—	48	63	—	8	12	— St.	576
577	d	2	8	19	—	—	G1	29	34	38	43	44	49	64	—	6,5	10	— St.	577
578	d	2	8	19	—	—	G1	29	34	38	43	44	49	63	—	4,4	6,6	— St.	578
579	d	2	9	19	—	—	—	34	38	43	—	—	49	64	—	3	4,6	— St.	579
580	d	19	20	—	—	—	G1	34	38	43	—	—	49	64	—	3	4,6	— St.	580
581	b	2	—	—	—	—	—	26	34	39	—	—	61	—	—	7,8	10,8	—	581
582	b	2	6	—	—	—	—	25	35	38	—	—	61	—	—	9	13,5	— Zw.	582
583	b	2	6	—	—	—	—	25	34	37	—	—	60	—	—	6,4	9,6	— Zw.	583
584	d	2	11	—	—	—	—	25	34	38	44	—	61	—	—	7,3	10,8	— Zw.	584
585	d	2	—	—	—	—	G1	34	38	43	44	—	48	63	—	8	12	— St.	585
586	d	6	16	—	—	—	—	28	34	38	44	—	66	—	—	5	7,5	— Zw.	586

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
587	b	2 6 — — —	—	25 34 37 — —	61 — —	ind.	8	12	— Zw.	587
588	d	2 8 19 — —	G1	28 34 38 43 44	49 63 —	ind.	6,5	9,5	— St.	588
589	d	2 8 — — —	G1	28 38 39 43 44	48 63 —	ind.	5	7,2	— St.	589
590	d	15 16 — — —	—	24 38 39 — —	61 — —	ind.	5	7,5	— —	590
591	l	7 14 19 — —	—	35 38 43 — —	48 63 —	ind.	5	7,5	— St.	591
592	l	2 18 — — —	—	35 38 43 44 —	49 62 —	ind.	5	7,5	— St.	592
593	d	2 — — — —	G1	34 38 43 44 —	48 63 —	ind.	4,4	6,6	— —	593
594	d	11 16 — — —	—	23 34 38 44 —	66 — —	ind.	5	7,5	— — Zw.	594
595	d	19 20 — — —	—	24 34 38 — —	62 — —	ind.	7	10,5	— —	595
596	d	2 8 14 19 —	—	28 38 39 43 —	49 63 —	ind.	9	13	— — St.	596
597	d	2 14 21 — —	—	29 35 38 43 —	49 62 —	dir.	5,2	7,8	— — St.	597
598	b	2 9 — — —	—	34 39 43 — —	48 61 —	dir.	5	7,5	— — St.	598
599	b	2 9 — — —	—	34 37 43 — —	48 62 —	dir.	8	12	— — St.	599
600	d	2 — — — —	G1	34 38 43 44 —	48 65 —	ind.	8,8	18,2	— — St.	600
601	d	6 16 — — —	—	28 34 38 44 —	66 — —	ind.	5	7,5	— — Zw.	601
602	c	2 — — — —	G1	34 38 43 44 —	48 64 —	ind.	4	6	— — St.	602
603	c	6 12 — — —	—	23 34 38 44 —	66 — —	ind.	5	7,5	— — Zw.	603
604	c	2 — — — —	G1	34 38 43 44 —	48 63 —	ind.	6	9	— — St.	604
605	c	7 11 — — —	—	28 34 38 44 —	66 — —	ind.	5	7,5	— — Zw.	605
606	b	2 9 — — —	—	24 34 37 43 —	65 — —	dir.	9	14	— — St.	606
607	b	2 9 — — —	—	34 37 43 — —	48 63 —	dir.	5,6	8,4	— — St.	607
608	b	2 8 — — —	G1	28 36 38 43 —	48 64 —	dir.	4	6	— — St.	608
609	b	2 8 — — —	G1	28 36 38 43 —	48 64 —	dir.	3,3	5	— — St.	609
610	c	2 8 14 17 —	G1	28 36 38 43 —	48 64 —	dir.	5	7,5	— — St.	610
611	c	2 8 — — —	G1	28 36 38 43 —	48 64 —	dir.	4	6	— — St.	611
612	b	2 9 — — —	—	36 37 43 — —	48 64 —	dir.	8	12	— — St.	612

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe			Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.			
613	c	2	8	—	—	G1	28	36	38	48	—	48	64	—	St.	613	
614	d	2	14	21	—	—	29	36	38	48	—	48	68	—	St.	614	
615	e	2	8	14	—	—	29	36	38	48	—	48	68	—	St.	615	
616	d	2	8	—	—	G1	28	36	38	48	—	48	64	—	St.	616	
617	d	6	8	17	20	—	28	36	38	—	—	66	—	—	Zw.	617	
618	c	2	14	—	—	—	36	38	43	—	—	48	63	—	St.	618	
619	c	2	8	14	17	—	G1	28	36	38	48	—	48	64	—	St.	619
620	b	2	9	—	—	—	36	38	48	—	—	46	64	—	St.	620	
621	b	2	9	—	—	—	34	37	48	—	—	48	62	—	St.	621	
622	b	2	8	—	—	G1	28	36	38	48	—	48	64	—	St.	622	
623	d	2	11	—	—	—	23	35	38	44	—	66	—	ind.	Zw.	623	
624	c	6	16	—	—	—	26	34	37	44	—	61	—	dir.	Zw.	624	
625	b	2	9	—	—	—	26	34	38	43	—	61	—	dir.	St.	625	
626	c	2	14	—	—	—	26	34	38	43	—	61	—	dir.	St.	626	
627	c	2	11	—	—	—	25	34	38	44	—	61	—	ind.	Zw.	627	
628	c	2	18	—	—	—	36	38	48	—	—	48	64	—	St.	628	
629	e	6	12	—	—	—	28	36	38	—	—	66	—	dir.	Zw.	629	
630	c	14	16	—	—	—	36	38	48	—	—	48	63	—	St.	630	
631	c	2	9	—	—	—	36	38	43	—	—	48	63	—	St.	631	
632	l	2	8	14	19	—	29	35	38	43	44	49	62	—	St.	632	
633	b	2	9	—	—	—	34	37	43	—	—	48	62	—	St.	633	
634	b	2	9	—	—	—	36	38	48	—	—	48	64	—	St.	634	
635	d	2	14	21	—	—	28	36	38	48	—	48	64	—	St.	635	
636	e	2	11	—	—	—	37	44	—	—	—	49	55	—	Zw.	636	
W16 u. W17 siehe Original																	
637	c	2	17	—	—	G1	28	36	38	43	44	48	64	—	St.	637	

638-663

Prüfzertifikat-Daten

1, 7, 47.



Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
638	c	7 11 — — —	—	28 36 38 — —	66 — —	dir.	5	7,5	— Zw.	638
639	d	2 9 16 — —	—	35 38 43 44 —	48 63 —	ind.	4	6	J St.	639
640	b	2 9 — — —	—	34 37 43 — —	48 64 —	dir.	3,5	5,3	— St.	640
641	c	6 16 — — —	—	26 34 37 44 —	60 — —	dir.	4	6	— Zw.	641
642	c	2 17 — — —	G1	29 34 38 48 44	49 63 —	ind.	8,6	5,4	— St.	642
643	c	7 11 — — —	—	28 34 38 44 —	66 — —	ind.	5	7,5	— Zw.	643
644	d	2 8 18 — —	—	30 34 38 48 44	48 63 —	ind.	4,4	6,6	— St.	644
645	c	2 — — — —	G1	34 38 43 44 —	48 65 —	ind.	8,8	13,2	— St.	645
646	c	7 11 — — —	—	23 34 38 44 —	66 — —	ind.	5	7,5	— Zw.	646
647	e	2 8 14 17 —	G1	29 34 38 48 44	49 68 —	ind.	5	7,2	— St.	647
648	d	2 9 16 — —	—	34 38 43 44 —	48 64 —	ind.	5,8	8,8	J St.	648
649	c	5 7 18 — —	G1	29 34 38 48 44	49 64 —	ind.	9,8	14,8	G St.	649
650	c	5 16 — — —	—	34 38 44 — —	48 64 —	ind.	8,5	12,8	G —	650
651	c	2 14 — — —	—	34 38 43 44 —	48 68 —	ind.	7	11	— St.	651
652	d	2 14 21 — —	—	28 34 38 48 —	48 63 —	dir.	9	18	— St.	652
653	—	2 9 15 — —	—	34 38 43 — —	48 62 —	ind.	7	10,5	— St.	653
654	—	15 18 20 — —	—	34 38 43 — —	48 62 —	ind.	7	10,5	— St.	654
655	c	2 — — — —	G1	34 38 43 44 —	49 64 —	ind.	6	9	— St.	655
656	c	2 14 — — —	—	34 38 43 44 —	48 63 —	ind.	6,8	10	— St.	656
657	c	2 8 14 — —	—	30 34 38 48 44	49 61 —	ind.	6,5	10	— St.	657
658	d	2 9 16 — —	—	34 38 43 44 —	48 63 —	ind.	5,2	8	— St.	658
659	c	2 8 14 — —	—	30 34 38 48 44	48 63 —	ind.	4,4	6,6	— St.	659
660	c	2 9 — — —	—	34 38 43 44 —	49 63 —	ind.	4,2	6,3	— St.	660
661	c	14 16 — — —	—	34 38 43 44 —	49 63 —	ind.	4,2	6,3	— St.	661
662	d	2 14 21 — —	—	28 35 38 48 —	49 64 —	dir.	6	9	— St.	662
663	c	6 16 — — —	—	26 34 37 44 —	60 — —	dir.	5	8	G Zw.	663

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
664	c	2 8 15 — —	G1	29 34 38 43 44	49 64 —	ind.	7,5	11,3	— St.	664
665	c	2 14 — — —	—	34 38 43 — —	48 61 —	ind.	5	7,5	— St.	665
666	c	14 16 — — —	—	34 38 43 44 —	48 64 —	ind.	7	10,5	— St.	666
667	c	2 10 — — —	G1	34 38 43 — —	48 64 —	ind.	7	10,5	— St.	667
668	c	2 8 14 — —	—	28 34 38 43 44	48 68 —	ind.	6,4	9,6	— St.	668
669	d	2 14 — — —	—	25 35 38 43 44	60 — —	ind.	5	8	— St.	669
670	c	2 8 14 — —	—	28 36 38 43 —	46 64 —	dir.	7	10,5	— St.	670
671	c	2 8 14 — —	—	29 34 38 43 44	48 63 —	ind.	6,4	9,6	— St.	671
672	c	2 8 14 — —	—	28 34 38 43 44	48 61 —	ind.	5,5	8,3	— St.	672
673	c	2 8 14 — —	—	28 34 40 43 44	46 68 —	ind.	4,8	7,2	— St.	673
674	c	16 — — — —	—	24 34 40 — —	61 — —	ind.	5,5	8,5	— —	674
675	c	2 8 14 — —	—	28 34 40 43 44	46 62 —	ind.	4,5	6,5	— St.	675
676	c	2 8 14 — —	—	28 34 40 43 44	49 61 —	ind.	6	9	— St.	676
677	b	— — — — —	—	— — — — —	49 56 —	dir.	13	15	— —	677
		W 16 u. W 17 siehe Original								
678	d	2 — — — —	—	44 — — — —	49 55 —	dir.	14	15	M —	678
		W 16 u. W 17 siehe Original								
679	d	— — — — —	—	— — — — —	49 56 —	dir.	14	15	— —	679
		W 16 u. W 17 siehe Original								
680	c	2 — — — —	—	— — — — —	49 55 —	dir.	14	15	M —	680
		W 16 u. W 17 siehe Original								
681	c	2 10 — — —	G1	34 38 43 — —	48 68 —	ind.	6	9	— St.	681
682	c	14 16 — — —	—	34 38 43 44 —	48 63 —	ind.	6	9	— St.	682
683	c	2 14 — — —	—	34 38 43 44 —	48 63 —	ind.	6,4	9,6	— St.	683
684	c	14 16 — — —	—	35 39 43 — —	46 64 —	dir.	3	4,5	— St.	684
685	c	2 9 — — —	—	35 39 43 — —	46 64 —	dir.	3	4,5	— St.	685

686-711

Prüflauter-Daten

1. 7. 47.

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
686	c	2 14 — — —	—	34 88 48 44 —	49 64 —	ind.	6,3	9,5	— St.	686
687	c	7 14 — — —	—	34 88 48 44 —	49 64 —	ind.	5	7,5	— St.	687
688	c	2 8 14 — —	—	28 85 87 43 —	46 64 —	dir.	8	12	— St.	688
689	c	2 9 21 — —	—	28 86 88 43 —	49 64 —	dir.	6	9	— St.	689
690	c	14 16 21 — —	—	28 86 88 43 —	49 64 —	dir.	6	9	— St.	690
691	c	14 16 — — —	—	34 88 43 44 —	48 64 —	ind.	6,8	10,3	— St.	691
692	c	2 9 — — —	—	34 88 43 44 —	48 64 —	ind.	6,8	10,3	— St.	692
693	c	2 — — — —	G1	34 88 48 44 —	48 63 —	ind.	7,2	11	— St.	693
694	c	7 11 — — —	—	28 84 88 44 —	66 — —	ind.	5	7,5	— Zw.	694
695	c	2 8 — — —	G1	28 85 87 43 —	46 65 —	dir.	4,4	6,6	— St.	695
696	c	2 8 14 — —	G1	28 84 88 43 44	49 64 —	ind.	8,5	5,5	— St.	696
697	c	14 16 — — —	—	34 88 43 44 —	46 64 —	ind.	3,5	5,5	— St.	697
698	c	2 8 15 — —	G1	29 84 88 43 44	49 63 —	ind.	5	7,2	— St.	698
699	c	2 8 14 17 —	G1	28 85 87 43 —	46 65 —	dir.	8	12	— St.	699
700	c	2 8 14 — —	—	28 85 87 43 —	46 64 —	dir.	4,5	7	— St.	700
701	c	2 — — — —	G1	34 88 43 44 —	48 64 —	ind.	4	6	— St.	701
702	c	2 9 — — —	—	34 88 43 44 —	48 64 —	ind.	6	9	— St.	702
703	c	14 16 — — —	—	34 88 48 44 —	48 64 —	ind.	6	9	— St.	703
704	c	14 16 — — —	—	34 88 48 44 —	48 63 —	ind.	5	7,2	— St.	704
705	c	2 8 14 — —	G1	28 84 88 43 44	49 64 —	ind.	8,5	5,5	— St.	705
706	c	2 — — — —	G1	36 87 43 — —	46 66 —	dir.	2,8	4,9	— St.	706
707	c	12 — — — —	—	23 36 37 — —	66 — —	dir.	5	7,5	— —	707
708	c	4 9 12 — —	—	34 88 48 44 —	48 65 —	ind.	6,8	10	— St.	708
709	c	2 14 — — —	—	25 34 38 43 44	60 — —	ind.	5	8	— St.	709
710	c	2 8 14 17 —	G1	29 38 87 43 44	49 63 —	ind.	4	6	— St.	710
711	c	2 14 — — —	—	38 87 43 44 —	48 63 —	ind.	5	8	— St.	711

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe .				Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Üpbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.				
712	c	2	8	15	--	--	G1	29	33	37	43	44	49	64	—	St.	712		
713	c	2	8	15	--	--	G1	29	33	37	43	44	49	63	—	St.	713		
714	c	2	8	14	--	--	--	30	33	37	43	44	49	61	ind.	6,5	10	— St.	714
715	c	2	9	--	--	--	--	33	37	43	44	--	49	63	ind.	4,2	6,3	— St.	715
716	c	14	16	--	--	--	--	33	37	43	44	--	49	63	ind.	4,2	6,3	— St.	716
717	c	2	11	--	--	--	--	25	33	37	43	44	61	--	ind.	7,3	10,8	Zw.	717
718	I	2	9	15	--	--	--	33	39	43	--	--	49	63	ind.	4,2	6,3	— St.	718
719	I	15	18	20	--	--	--	33	39	43	--	--	49	63	ind.	4,2	6,3	— St.	719
720	c	2	8	14	--	--	--	29	33	37	43	44	49	62	ind.	5	7,5	— St.	720
721	c	2	7	15	--	--	G1	30	34	38	43	44	48	63	ind.	8	12	— St.	721
722	c	14	16	--	--	--	--	34	38	43	44	--	48	63	ind.	5,6	8,4	— St.	722
723	c	2	7	15	--	--	G1	30	33	37	43	44	48	63	ind.	8	12	— St.	723
724	c	14	16	--	--	--	--	33	37	43	44	--	48	63	ind.	5,6	8,4	— St.	724
725	c	2	14	--	--	--	--	34	38	43	44	--	46	63	ind.	7	10	— St	725
726	c	2	--	--	--	--	G1	33	39	43	44	--	48	64	ind.	4	6	— St.	726
727	c	6	12	--	--	--	--	23	33	39	44	--	66	--	ind.	5	7,5	Zw.	727
728	c	12	--	--	--	--	--	24	32	37	44	--	61	--	ind.	6	9	—	728
729	c	2	8	14	17	—	G1	29	33	39	43	44	49	63	ind.	4	6	— St.	729
730	c	12	--	--	--	--	--	23	34	38	44	--	66	--	ind.	5	7,5	—	730
731	c	2	14	--	--	--	--	34	38	43	44	--	46	63	ind.	4	6	— St	731
732	d	7	18	--	--	--	--	34	38	43	44	--	48	64	ind.	6,3	9,3	— St.	732
733	c	7	14	--	--	--	--	34	38	43	44	--	48	64	ind.	6,3	9,3	— St.	733
734	c	2	8	14	--	--	--	29	34	38	43	44	49	63	ind.	8	12	— St.	734
735	c	2	8	15	--	1	G1	29	33	39	43	44	49	63	ind.	4,4	6,6	— St.	735
736	c	2	8	14	--	--	--	30	32	37	43	44	49	61	ind.	6,5	10	— St.	736
737	c	2	14	--	--	--	--	34	38	43	44	--	48	65	ind.	10	15	— St.	737

738—754

Profilarten-Daten
L 7.47.



Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
788	c	8 14 — — —	A1	30 34 38 43 44	49 61 — —	ind.	6,5	10	— St.	788
789	c	7 — — — —	—	23 34 38 44 —	66 — — —	ind.	5	7,5	— —	789
740	k	4 12 — — —	—	34 38 43 — —	45 46 54 65	ind.	4	6	— St.	740
	c	4 12 — — —	—	34 38 43 — —	45 46 65 —	ind.	4	6	— St.	
741	k	9 12 19 — —	—	34 38 43 — —	45 48 64 —	ind.	8,3	4,8	— St.	741
	c	4 9 12 19 —	—	34 38 43 — —	45 48 64 —	ind.	8,3	4,8	P St.	
742	c	5 9 15 17 20	—	29 34 38 43 —	49 64 — —	ind.	6,8	10	— St.	742
743	c	2 8 15 — —	G1	29 38 39 43 44	49 64 — —	ind.	6,8	10	— St.	743
744	c	2 11 — — —	—	26 34 38 — —	45 60 — —	dir.	5	7,8	— Zw.	744
745	d	2 9 16 — —	—	35 38 43 44 —	48 64 — —	ind.	5,8	8,8	J St.	745
746	c	2 11 — — —	—	26 34 38 — —	45 60 — —	dir.	4	6	— Zw.	746
747	c	16 — — — —	—	34 38 44 — —	48 65 — —	ind.	8	12	— —	747
748	k	10 14 16 — —	—	34 38 43 — —	45 48 63 —	ind.	7,6	11,4	— St.	748
	c	10 14 16 — —	—	34 38 43 — —	45 48 63 —	ind.	7,6	11,4	E St.	
749	k	2 — — — —	—	34 38 — — —	45 48 54 68	ind.	7,6	11,4	— —	749
	c	2 — — — —	—	34 38 — — —	45 48 63 —	ind.	7,6	11,4	E O —	
750	k	5 8 16 — —	—	29 34 38 43 —	45 49 58 68	ind.	5	8	— St.	750
	c	5 8 16 — —	—	29 34 38 — —	45 49 63 —	ind.	5	8	P —	
751	k	5 12 — — —	—	28 34 38 — —	45 66 — —	ind.	5	7,5	— —	751
	c	5 12 — — —	—	29 34 38 — —	45 66 — —	ind.	5	7,5	P —	
752	k	9 12 19 — —	—	34 38 43 — —	45 48 64 —	ind.	8,3	4,8	— St.	752
	c	9 12 19 — —	—	34 38 43 — —	45 48 64 —	ind.	8,3	4,8	P St.	
753	k	9 12 19 — —	—	34 38 43 — —	45 48 63 —	ind.	7	11	— St.	753
	c	9 12 19 — —	—	34 38 43 — —	45 48 63 —	ind.	7	11	P St.	
754	k	5 16 — — —	—	34 38 43 — —	45 48 53 65	ind.	8,8	18,2	— St.	754
	c	5 16 — — —	—	34 38 — — —	45 48 65 —	ind.	8,8	19,2	P —	

755—772

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe			Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.						
755	k	5	7	11	— —	—	23	34	38	— —	45	66	— —	ind.	5	7,5	— Zw.	755		
	c	5	7	11	— —	—	23	34	38	— —	45	66	— —	ind.	5	7,5	P Zw.			
756	k	5	16	—	— —	—	34	38	48	— —	45	48	53	63	ind.	6	9	— St.	756	
	c	5	16	—	— —	—	34	38	— —	— —	45	48	63	—	ind.	6	9	P —		
757	c	2	8	15	— —	—	28	34	38	43	44	49	64	— —	ind.	7,8	11,8	— St.	757	
758	l	2	9	15	— —	—	38	37	43	— —	49	63	— —	ind.	4,2	6,8	— St.	758		
759	l	15	18	20	— —	—	38	37	43	— —	49	63	— —	ind.	4,2	6,8	— St.	759		
760	k	10	14	16	— —	—	38	39	43	— —	45	48	63	—	ind.	7,6	11,4	— St.	760	
761	k	10	14	16	— —	—	33	39	43	— —	45	48	63	—	ind.	7,6	11,4	E St.		
	c	2	—	—	— —	—	38	39	— —	— —	45	48	54	63	ind.	7,6	11,4	— —	761	
762	c	2	—	—	— —	—	33	39	— —	— —	45	48	63	—	ind.	7,6	11,4	E 0 —		
763	c	12	—	—	— —	—	23	38	39	44	—	66	— —	—	ind.	7,5	10	— —	762	
764	c	2	17	—	— —	G1	29	38	39	43	44	49	64	— —	ind.	9	13,5	— St.	763	
765	c	7	11	—	— —	—	23	38	39	44	—	66	— —	—	ind.	5	7,5	— Zw.	764	
766	c	2	14	—	— —	—	33	39	43	44	—	48	63	— —	ind.	6,4	9,6	— St.	765	
767	c	7	—	—	— —	G1	38	39	43	44	—	48	64	— —	ind.	2,8	4	— St.	766	
768	c	2	14	—	— —	—	38	39	43	44	—	48	63	— —	ind.	7	11	— St.	767	
769	c	2	8	14	— —	G1	28	38	39	43	44	49	64	— —	ind.	3,5	5,5	— St.	768	
770	c	14	16	—	— —	—	33	39	43	44	—	48	64	— —	ind.	3,5	5,5	— St.	769	
771	k	9	12	19	— —	—	38	39	43	— —	45	48	64	—	ind.	3,3	4,8	— St.	770	
	c	9	12	19	— —	—	33	39	43	— —	45	48	64	—	ind.	3,3	4,8	— St.		
772	k	4	12	—	— —	—	33	39	43	— —	45	46	54	65	ind.	4,8	6	— St.	771	
	c	4	12	—	— —	—	33	39	43	— —	45	48	64	—	ind.	2,8	4	— St.		
772	k	5	8	16	— —	—	29	38	39	43	—	45	49	63	—	ind.	5	8	— St.	772
	c	5	8	16	— —	—	29	33	39	— —	45	49	63	—	ind.	5	8	P —		

773—792

Prüfzertifikat-Daten

1, 7, 47.

44444444

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe			Außen- Elek- trode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.							
773	k	5	12	—	—	—	28	38	39	—	ind.	5	7,5	—	—	773					
	c	5	12	—	—	—	29	33	39	—	ind.	5	7,5	P	—						
774	k	9	12	19	—	—	38	39	43	—	ind.	3,8	4,8	—	St.	774					
	c	9	12	19	—	—	33	39	43	—	ind.	3,9	4,8	—	St.						
775	c	5	9	15	17	20	—	29	38	39	43	ind.	6,8	10	—	St.	775				
776	k	5	16	—	—	—	33	39	43	—	ind.	8,8	18,2*	—	St.	776					
	c	5	16	—	—	—	33	39	—	—	ind.	8,8	18,2	P	—						
777	k	5	7	11	—	—	23	33	39	—	ind.	5	7,5	—	Zw.	777					
	c	5	7	11	—	—	23	33	39	—	ind.	5	7,5	P	Zw.						
778	k	5	16	—	—	—	33	39	43	—	ind.	6	9	—	St.	778					
	c	5	16	—	—	—	33	39	—	—	ind.	6	9	P	—						
779	c	2	7	14	—	—	30	38	39	43	44	48	64	—	ind.	5,8	8,8	J	St.	779	
780	c	2	8	14	—	—	30	38	39	43	44	49	61	—	ind.	6,5	10	—	—	780	
781	k	9	12	19	—	—	33	39	43	—	ind.	7,2	10,8	—	St.	781					
	c	9	12	19	—	—	33	39	43	—	ind.	7,2	10,8	—	St.						
782	c	2	8	14	—	—	29	38	39	43	44	49	63	—	ind.	8,8	18,2	—	St.	782	
783	c	2	8	14	—	—	28	32	40	48	44	49	61	—	ind.	6	9	—	St.	783	
784	c	2	10	11	—	—	25	34	38	44	—	61	—	—	ind.	7	10,8	—	Zw.	784	
785	c	1	9	18	16	—	30	34	38	44	—	48	65	—	ind.	10	14,5	J	Zw.	785	
786	c	5	9	15	17	20	—	28	34	38	43	—	49	64	—	ind.	8	12	—	St.	786
787	c	5	9	15	17	20	—	28	34	38	43	—	49	64	—	ind.	8	12	—	St.	787
788	c	5	9	15	17	20	—	28	33	39	43	—	49	64	—	ind.	8	12	—	St.	788
789	c	5	9	15	17	20	—	29	34	38	43	—	49	64	—	ind.	9,8	18,8	—	St.	789
790	c	5	9	15	17	20	—	29	38	39	43	—	49	64	—	ind.	9,8	18,8	—	St.	790
791	c	2	8	14	19	22	—	29	34	38	43	—	49	64	—	ind.	7,3	10,8	—	St.	791
792	c	2	8	14	19	22	—	29	38	39	43	—	49	64	—	ind.	7,3	10,8	—	St.	792

793-818

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
793	c	5 9 15 17 20	—	28 34 38 43 —	49 64 —	ind.	7,3	11	— St.	793
794	c	5 9 15 17 20	—	29 34 38 43 —	49 63 —	ind.	5	7,2	— St.	794
795	d	3 14 — — —	A1	30 34 38 43 44	49 61 —	ind.	6,5	10	— St.	795
796	i	8 14 — — —	A1	30 33 39 43 44	49 61 —	ind.	6,5	10	— St.	796
797	c	2 14 — — —	—	29 33 39 43 44	63 — —	ind.	9	14	— St.	797
798	c	2 14 19 — —	—	34 38 44 — —	48 55 —	ind.	9	9	— St.	798
799	c	2 8 15 — —	G1	29 34 38 43 44	49 62 —	ind.	5	7,5	— St.	799
800	a	1 16 — — —	—	24 34 38 44 —	64 — —	ind.	5	7,5	— Zw.	800
801	a	3 9 13 18 20	—	28 34 38 43 —	49 64 —	ind.	5	7,5	— St.	801
802	a	4 20 — — —	—	34 38 43 — —	48 65 —	ind.	5	8	— St.	802
803	a	3 18 20 — —	—	28 32 37 43 —	49 62 —	ind.	8,5	13	— St.	803
804	a	2 9 — — —	—	33 39 43 44 —	48 64 —	ind.	8,8	4,8	— St.	804
805	a	14 16 — — —	—	33 39 43 — —	48 64 —	ind.	8,8	4,8	— St.	805
806	h	7 13 — — —	G1	28 41 43 — —	48 64 —	ind.	5,3	7,8	B St.	806
807	h	4 16 21 — —	—	28 32 41 43 —	49 63 —	ind.	7,5	10,5	B St.	807
808	d	12 18 — — —	—	35 38 43 44 —	48 64 —	ind.	8,5	12,5	— St.	808
809	d	2 8 — — —	G1	29 35 38 43 44	49 64 —	ind.	9,8	14,8	— St.	809
810	d	2 8 — — —	G1	29 34 40 43 44	49 64 —	ind.	9	13,5	— St.	810
811	d	11 16 — — —	—	23 34 40 44 —	66 — —	ind.	5	7,5	— Zw.	811
812	d	2 8 19 — —	G1	29 34 40 43 44	49 64 —	ind.	6,8	10	— St.	812
813	d	2 8 19 — —	G1	29 34 40 43 44	49 63 —	ind.	4,4	6,6	— St.	813
814	d	2 8 18 18 —	G1	29 34 40 43 44	49 63 —	ind.	4	6	— St.	814
815	d	2 14 — — —	—	34 40 43 44 —	48 63 —	ind.	6,4	9,6	— St.	815
816	c	14 16 — — —	—	35 40 43 44 —	48 63 —	ind.	5	7,2	— St.	816
817	c	2 8 14 — —	—	28 35 40 43 44	49 64 —	ind.	3,5	5,5	— St.	817
818	d	3 14 — — —	A1	29 35 38 43 —	49 62 —	ind.	6,5	10	— St.	818

1200—1220

Prüfmarken-Daten

1. 7. 47.

4 4 4 4 4

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
1200	10	14 20 — — —	—	36 37 43 — —	47 66 —	dir.	5	7	— St.	1200
1201	10	12 — — — —	—	23 36 37 — —	51 66 —	dir.	6	9	— —	1201
	10	— — — — —	—	23 36 37 — —	51 66 —	dir.	6	9	— —	
1202	10	9 12 — — —	—	36 37 43 — —	46 65 —	dir.	5,5	7,7	— St.	1202
1203	10	12 22 — — —	—	36 37 43 — —	48 64 —	dir.	5,5	7,8	— St.	1203
1204	10	2 8 22 — — —	—	28 36 37 43 —	46 65 —	dir.	6	8,4	— St.	1204
1205	10	12 22 — — —	—	36 37 43 — —	48 64 —	dir.	10	14	— St.	1205
1206	10	2 9 — — —	—	36 37 43 — —	48 64 —	dir.	10	14	— St.	1206
1207	10	3 18 20 — — —	—	28 36 37 43 —	48 65 —	dir.	5	7	— St.	1207
1208	10	9 12 17 — — —	—	28 36 37 43 —	48 64 —	dir.	6	8,5	— St.	1208
1209	5	5 6 15 16 — —	—	25 33 39 — —	61 — —	ind.	7,5	10,5	— Zw.	1209
	5	5 6 16 — — —	—	25 33 39 — —	61 — —	ind.	7,5	10,5	— Zw.	
1210	18	4 7 — — —	—	33 39 43 44 —	49 61 —	ind.	10	14,5	— St.	1210
	18	4 7 — — —	—	33 39 43 — —	49 61 —	ind.	10	14,5	— St.	
1211	39	2 8 14 — — —	—	28 35 37 43 —	48 64 —	dir.	6,3	8,8	— St.	1211
1212	40	2 9 — — —	—	25 37 43 — —	48 64 —	dir.	10	14,5	— St.	1212
1213	40	9 12 — — —	—	25 37 43 — —	48 64 —	dir.	10	14,5	— St.	1213
1214	84	12 — — — —	—	23 35 37 — —	66 — —	dir.	6,8	8,8	— —	1214
1215	84	2 9 — — —	—	35 37 43 — —	48 64 —	dir.	5,5	7,8	— St.	1215
1216	5	2 10 15 17 22 —	—	28 33 39 43 —	49 62 —	ind.	8,5	12	— St.	1216
	5	2 10 17 22 — —	—	28 33 39 43 —	49 62 —	ind.	8,5	12	— St.	
1217	35	2 9 — — —	—	33 39 43 — —	49 61 —	ind.	6	8,5	— St.	1217
1218	29	2 9 — — —	—	33 39 43 — —	49 62 —	ind.	9	12,5	— St.	1218
1219	14	2 6 — — —	—	28 33 39 44 —	65 — —	ind.	10	14	— Zw.	1219
	14	2 6 — — —	—	28 33 39 44 —	65 — —	ind.	10	14	— Zw.	
1220	30	2 6 — — —	—	28 33 39 — —	60 — —	ind.	5	7	— Zw.	1220

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.					
1221	13	2	8	14	— —	—	30	33	39	43	44	49	62	—	ind.	8	11	— St.	1221	
	13	2	8	14	— —	—	30	33	39	43	—	49	62	—	ind.	8	11	— St.		
1222	8	2	8	15	18	—	—	29	33	39	43	44	49	62	—	ind.	9	12,5	— St.	1222
1223	4	7	13	18	— —	—	30	33	39	43	44	49	63	—	ind.	8	11	— St.	1223	
	4	7	13	18	— —	—	30	33	39	43	—	49	63	—	ind.	8	11	— St.		
1224	4	2	13	18	— —	—	30	33	39	43	44	49	63	—	ind.	8	11	— St.	1224	
	4	2	18	21	— —	—	30	33	39	43	—	49	63	—	ind.	8	11	— St.		
1225	8	2	14	19	— —	—	33	39	43	— —	—	45	49	60	ind.	6	8,4	— St.	1225	
1226	23	2	8	15	19	—	A1	29	33	39	44	—	49	62	—	ind.	10,5	15	— St.	1226
	23	2	8	15	19	—	A1	29	33	39	— —	—	49	62	—	ind.	10,5	15	— St.	
1227	22	2	8	14	— —	—	G1	29	35	37	43	44	48	64	—	dir.	6,8	9,8	— St.	1227
	22	2	8	14	— —	—	G1	29	35	37	43	—	48	64	—	dir.	6,8	9,8	— St.	
1228	11	2	6	—	— —	—	—	23	35	38	— —	—	66	— —	—	dir.	10	14	— Zw.	1228
1229	11	2	6	—	— —	—	—	23	35	38	44	—	65	— —	—	ind.	6	8,4	— Zw.	1229
	11	2	6	—	— —	—	—	23	35	38	— —	—	65	— —	—	ind.	6	8,4	— Zw.	
1230	11	2	9	—	— —	—	—	35	38	43	— —	—	48	62	—	ind.	7	10	— St.	1230
	11	2	9	—	— —	—	—	35	38	43	— —	—	48	62	—	ind.	7	10	— St.	
1231	11	2	6	—	— —	—	—	28	33	39	44	—	65	— —	—	ind.	6	8,4	— Zw.	1231
	11	2	6	—	— —	—	—	23	33	39	— —	—	65	— —	—	ind.	6	8,4	— Zw.	
1232	11	2	9	—	— —	—	—	33	39	43	44	—	48	62	—	ind.	7	10	— St.	1232
	11	2	9	—	— —	—	—	33	39	43	— —	—	48	62	—	ind.	7	10	— St.	
1233	siehe Original	—	—	—	— —	—	A1	28	36	38	44	—	66	— —	—	ind.	5,5	7,8	— —	1234
1234	33	2	—	—	— —	—	A1	23	36	38	— —	—	66	— —	—	ind.	5,5	7,8	— —	
	33	2	—	—	— —	—	A1	23	36	38	— —	—	65	— —	—	ind.	5	7	— —	1235
1235	33	2	—	—	— —	—	A1	23	36	38	— —	—	65	— —	—	ind.	5	7	— —	

4 4 4 4 4

Karte-Nr.	Fassung-Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte-Nr.		
1242	38	2	6	—	—	—	26	33	39	44	—	60	—	ind.	7	10	— Zw. 1242
	38	2	6	—	—	—	26	33	39	—	—	60	—	ind.	7	10	— Zw.
1243	15	2	9	—	—	—	38	39	43	44	—	49	61	ind.	7,5	10,5	— St. 1243
	15	2	9	—	—	—	33	39	43	—	—	49	61	Ind.	7,5	10,5	— St.
1244	12	2	9	—	—	—	33	39	43	44	—	49	61	ind.	8	11,3	— St. 1244
	12	2	9	—	—	—	33	39	43	—	—	49	61	ind.	8	11,3	— St.
1245	16	2	9	—	—	—	33	39	43	44	—	49	61	ind.	10	14	— St. 1245
	16	2	9	—	—	—	33	39	43	—	—	49	61	ind.	10	14	— St.
1246	12	2	6	—	—	—	28	33	39	44	—	65	—	ind.	6	8,4	— Zw. 1246
	12	2	6	—	—	—	23	33	39	—	—	65	—	ind.	6	8,4	— Zw.
1247	81	2	6	—	—	—	25	33	39	44	—	63	—	ind.	5	7	— Zw. 1247
	31	2	6	—	—	—	25	33	39	—	—	63	—	ind.	5	7	— Zw.
1248	15	2	6	—	—	—	24	33	39	44	—	64	—	ind.	6,3	8,8	— Zw. 1248
	15	2	6	—	—	—	24	33	39	—	—	64	—	ind.	6,3	8,8	— Zw.
1249	17	4	8	12	—	—	29	33	39	43	44	49	61	ind.	6,8	9,5	— St. 1249
	17	4	8	12	—	—	29	33	39	43	—	49	61	ind.	6,8	9,5	— St.
1250	1	2	8	14	19	—	28	36	38	43	—	48	63	dir.	7,5	10,5	— St. 1250
1251	2	2	8	14	—	—	29	36	38	43	—	48	64	dir.	9,5	13,3	— St. 1251
1252	siehe Original	2	8	14	19	—	29	33	38	43	44	48	64	ind.	10	14	— St. 1252
1253	8	2	8	14	19	—	29	33	38	43	44	48	64	ind.	10	14	— St. 1253
	8	2	8	14	19	—	29	33	38	43	—	48	64	ind.	10	14	— St.
1254	7	2	9	—	—	—	33	38	43	44	—	49	61	ind.	5,8	8	— St. 1254
	7	2	9	—	—	—	33	38	43	—	—	49	61	ind.	5,8	8	— St.
1255	8	2	8	14	19	—	28	33	38	43	44	48	64	ind.	6,8	9,5	— St. 1255
	8	2	8	14	19	—	28	33	38	43	—	48	64	ind.	6,8	9,5	— St.
1256	20	2	8	14	19	—	28	35	38	43	—	48	63	dir.	7	10	— St. 1256

1257—1274

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe			Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.			
1257	9	2	9	—	—	33	38	43	44	—	ind.	7,5	10,5	—	St. 1257		
	9	2	9	—	—	33	38	43	—	—	Ind.	7,5	10,5	—	St.		
1258	9	2	9	—	—	35	38	43	—	48	63	8	11	—	St. 1258		
1259	8	2	8	14	19	—	28	35	38	43	—	dir.	3,8	5,8	—	St. 1259	
1260	9	2	9	—	—	38	38	43	44	—	ind.	10,5	15	—	St. 1260		
	9	2	9	—	—	33	38	43	—	48	63	—	10,5	15	— St.		
1261	8	2	8	14	19	—	28	35	38	43	—	dir.	4,5	6,3	—	St. 1261	
1262	8	2	7	12	18	—	28	35	38	43	44	dir.	5	7	—	St. 1262	
	8	2	7	12	18	—	28	35	38	43	—	dir.	5	7	—	St.	
1263	6	2	8	14	19	—	28	35	38	43	44	ind.	10	14	—	St. 1263	
1264	8	2	8	14	19	—	28	36	38	43	—	dir.	3,8	5,8	—	St. 1264	
1265	6	2	8	14	19	—	28	34	37	43	—	dir.	10	14	—	St. 1265	
1266	6	16	—	—	—	—	24	34	37	—	—	dir.	5,5	7,7	—	— 1266	
1267	6	9	16	—	—	—	35	38	43	—	48	63	—	5,5	7,7	—	St. 1267
1268	6	2	14	—	—	—	35	38	43	—	48	63	—	5,5	7,7	—	St. 1268
1269	1	2	8	14	19	—	29	35	38	43	44	ind.	9	12,5	—	St. 1269	
	1	2	8	14	19	—	29	33	38	43	—	ind.	9	12,5	— St.		
1270	21	4	7	—	—	—	38	39	43	44	—	ind.	7,5	10,5	—	St. 1270	
	21	4	7	—	—	—	33	39	43	—	47	63	—	7,5	10,5	— St.	
1271	siehe Original														1271		
1272	siehe Original														1272		
1273	9	2	9	—	—	—	36	38	43	44	—	ind.	9,5	18,3	—	St. 1273	
	9	2	9	—	—	—	36	38	43	—	46	64	—	9,5	13,3	— St.	
1274	8	2	8	14	19	—	28	36	38	43	44	ind.	5,8	8	—	St. 1274	
	8	2	8	14	19	—	28	36	38	43	—	ind.	5,8	8	— St.		

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.					
1275	8	2	11	—	—	—	28	33	39	44	—	65	—	ind.	6	8,4	— Zw.	1275		
	8	2	11	—	—	—	23	33	39	—	—	65	—	ind.	6	8,4	— Zw.			
1276	9	2	6	—	—	—	25	33	39	44	—	61	—	ind.	6,8	9,8	— Zw.	1276		
	9	2	8	—	—	—	25	33	39	—	—	61	—	ind.	6,8	9,8	— Zw.			
1277	6	2	8	14	19	—	30	35	39	43	44	49	63	—	ind.	12	17	— St.	1277	
1278	e hoben 32	2	9	15	—	—	35	39	43	—	—	47	62	—	ind.	6,8	9,5	— St.	1278	
1279	8	2	10	11	—	—	28	33	39	44	—	65	—	ind.	9	12,6	— Zw.	1279		
	6	2	10	11	—	—	23	33	39	—	—	65	—	ind.	9	12,6	— Zw.			
1280	f	2	9	—	—	—	33	39	43	—	—	49	61	—	ind.	6,5	9	— St.	1280	
1281	siehe Original				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1281			
1282	e hoben e 32	9	15	—	—	A1	35	39	43	—	—	48	61	—	ind.	6,8	9,5	— St.	1282	
1283	8	2	8	14	19	—	29	33	39	43	44	49	64	—	ind.	7,5	10,5	— St.	1283	
	8	2	8	14	19	—	29	33	39	43	—	49	64	—	ind.	7,5	10,5	— St.		
1284	8	2	8	14	19	—	28	36	38	43	—	47	65	—	dir.	11,5	16	— St.	1284	
1285	8	2	8	14	19	—	28	35	38	43	44	48	64	—	ind.	4	5,5	— St.	1285	
	8	2	8	14	19	—	28	35	38	43	—	48	64	—	ind.	4	5,5	— St.		
1286	9	2	9	18	—	—	28	35	38	43	—	46	63	—	dir.	5	7	— St.	1286	
1287	9	2	6	—	—	—	26	35	38	—	—	63	—	dir.	6,5	9	— Zw.	1287		
1288	8	2	8	14	—	—	29	35	38	43	44	49	63	—	dir.	9	12,6	— St.	1288	
	8	2	8	14	—	—	29	35	38	43	—	49	63	—	dir.	9	12,6	— St.		
1289	6	8	14	19	—	—	A1	29	35	39	43	—	49	61	—	dir.	6,8	8,8	— St.	1289
1290	f	9	—	—	—	—	A1	34	38	43	—	49	60	—	ind.	6	8,4	— St.	1290	
1291	9	2	8	14	—	—	—	29	33	39	43	44	49	64	—	ind.	7	9,5	— St.	1291
	9	2	8	14	—	—	—	29	33	39	43	—	49	64	—	ind.	7	9,5	— St.	

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe				Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe			Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.				
1292	6	8	14	19	--	A1	29	33	39	43	44	ind.	7,5	10,5	— St.	1292			
1293	8	2	8	14	19	—	28	34	38	43	44	ind.	7,5	10,5	— St.	1293			
	8	2	8	14	19	—	28	34	38	43	—	ind.	7,5	10,5	— St.				
1294	20	2	11	—	—	—	28	35	38	44	—	ind.	4	5,6	— Zw.	1294			
	20	2	11	—	—	—	23	35	38	—	—	ind.	4	5,6	— Zw.				
1295	6	—	—	—	—	A1	26	33	39	44	—	ind.	11,3	15,8	— —	1295			
1296	6	2	—	—	—	K	26	33	39	—	—	ind.	9	12,6	— —	1296			
1297	6	7	—	—	—	K	25	33	39	—	—	ind.	6,3	8,8	— —	1297			
1298	6	2	8	14	19	—	28	36	38	43	—	dir.	6,3	8,8	E St.,	1298			
1299	6	2	8	14	19	—	29	33	39	43	—	45	49	63	— St.	1299			
1300	b/e	2	9	—	—	—	35	39	43	—	—	49	62	—	— St.	1800			
1301	27	4	7	—	—	—	36	38	43	—	—	49	62	—	— St.	1801			
1302	b	4	8	—	—	A1 K	28	33	39	43	—	49	62	—	— St.	1802			
1303	s	3	10	—	—	A1 G1	30	34	39	43	—	49	61	—	6,3	8,8	N St.	1803	
1304	g/oben	2	9	—	—	—	36	38	43	—	—	49	64	—	— St.	1804			
	28	2	9	—	—	—	36	38	43	—	—	49	64	—	— St.				
1305	22	2	8	14	—	—	G1	29	33	39	43	44	ind.	10,5	15	— St.	1805		
	22	2	8	14	—	—	G1	29	33	39	43	—	49	64	—	— St.			
1306	siehe Original				—	—	35	38	43	—	—	49	62	—	— St.	1806			
1307	27	2	9	—	+	—	35	38	43	—	—	49	62	—	8,5	12	— St.	1807	
1308	41	2	9	—	—	—	38	39	43	44	—	49	62	—	11,5	16	— St.	1808	
	41	2	9	—	—	—	33	39	43	—	—	49	62	—	11,5	16	— St.		
1309	siehe Original				—	—	80	35	38	43	—	45	48	63	—	— St.	1809		
1310	6	2	8	14	—	—	80	35	38	43	—	45	48	63	dir.	7	10	— St.	1810

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen- Elek- trode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
1500	g oben 28	2 9 — — —	—	35 39 43 — —	48 64 —	dir.	3,5	5	— St.	1500
1501	g oben 28	2 9 — — —	—	36 39 43 — —	48 64 —	dir.	4,8	6	— St.	1501
1502	g oben 28	2 9 15 — —	—	35 39 43 — —	47 63 —	dir.	5,3	7,4	— St.	1502
1503	g oben 28	2 9 15 — —	—	35 39 43 — —	47 63 —	dir.	5	7	— St.	1503
1504	h oben 32	2 9 — — —	—	35 39 48 — —	48 63 —	ind.	6	8,4	— St.	1504
1505	h oben 32	2 9 18 — —	G1	30 35 39 43 —	49 68 —	ind.	7,5	10,5	— St.	1505
1506	h oben 32	2 9 18 — —	G1	29 35 39 48 —	49 68 —	ind.	8,5	12	— St.	1506
1507	h oben 32	2 9 18 — —	G1	29 36 40 43 —	49 68 —	ind.	6	8,4	— St.	1507
1508	g oben 28	2 9 — — —	—	36 39 43 — —	48 62 —	dir.	5,5	7,5	— St.	1508
1509	g oben 28	2 9 — — —	—	35 39 48 — —	47 62 —	dir.	5,8	7,5	— St.	1509
1510	g oben 28	2 9 15 — —	—	35 39 48 — —	48 62 —	dir.	5,5	7,7	— St.	1510
1511	g oben 28	2 9 — — —	—	35 39 43 — —	47 63 —	dir.	5,5	7,7	— St.	1511
1512	g oben 28	2 9 — — —	—	34 38 43 — —	47 62 —	dir.	5,5	7,7	— St.	1512
1513	—	2 9 — — —	—	34 39 48 — —	48 62 —	dir.	6	8,5	N St.	1513
1514	g oben 28	2 9 — — —	—	35 37 43 — —	48 64 —	dir.	5,3	7,3	— St.	1514
1515	h oben 32	18 — — — —	A1/G1	30 36 40 43 —	49 61 —	ind.	6,3	8,8	— St.	1515
1516	h oben 32	2 9 18 — —	—	30 36 40 48 —	49 61 —	ind.	6,8	8,8	— St.	1516

Karte Nr.	Fassung Nr.	Stecker in oberer Reihe	Außen-Elektrode an	Stecker in mittlerer Reihe	Stecker in unterer Reihe	Heizung	Unbrauchbar bis	Gut ab	Beachte	Karte Nr.
1517	h oben 32	2 9 13 — —	—	29 35 39 43 —	49 62 —	ind.	10	14	— St.	1517
1518	h oben 32	2 9 13 — —	—	29 35 39 43 —	49 62 —	dir.	6,8	9,5	— St.	1518
1519	h oben 32	2 9 — — —	—	26 36 40 43 —	61 — —	ind.	8	11,8	— St.	1519
1520	h oben 32	2 9 — — —	—	26 35 39 43 —	61 — —	dir.	8,8	12,5	— St.	1520
1521	h oben 32	2 6 — — —	—	23 35 39 — —	65 — —	ind.	8,5	12	— Zw.	1521
1522	h oben 32	2 6 — — —	—	25 35 39 — —	61 — —	ind.	8,8	12,5	— Zw.	1522
1523	h oben 32	2 6 — — —	—	23 36 40 — —	65 — —	ind.	8,5	12	— Zw.	1523
1524	h oben 32	2 6 — — —	—	26 35 39 — —	60 — —	ind.	6,5	9	— Zw.	1524
1525	f oben 36	2 8 14 — —	—	29 36 40 43 —	49 68 —	ind.	6	8,4	— St.	1525
1526	f oben 36	2 8 14 — —	—	29 36 40 43 —	49 68 —	ind.	8,5	12	— St.	1526
1527	f oben 36	2 8 14 — —	—	30 36 40 43 —	49 61 —	ind.	5,5	7,5	— St.	1527
1528	f oben 36	2 6 — — —	—	23 36 40 — —	65 — —	ind.	8,5	12	— Zw.	1528